

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21473654, ocds-b3wdp1-MD-1757416457183							Data: 07.11.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea centralizată a Reagenților Suplimentari conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026							Lot:	pag. 1 din 4
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
21	3310000-1	ASLO	ASLO-DAC / 1031A500	Moldova	DAC-SpectroMed	ASLO Flacon 5 ml, 100 teste	ASLO , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000305260.	ISO, CE.
22	3310000-1	ASLO - LATEX	ASLO-DAC / 1031A500	Moldova	DAC-SpectroMed	Cerințe generale* + Nota** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: ASLO LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete	ASLO , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000305260.	ISO, CE.
42	3310000-1	CIC-complexe imunocirculare	CIC-DAC / 1032C435	Moldova	DAC-SpectroMed	Metoda de determinare: Fotometrică , cu precipitarea Ig agregate si diverse complexe imune CIC. Tipul reagenților: Solizi, necesita pregatire . Material pentru investigatii: Ser, LCR. Set contine 50 doze.	CIC-DAC . Metoda Fotometrică, cu precipitarea imunoglobulinelor agregate și a complexelor imune (CIC). Tipul reagenților: Solizi, necesită preparare. Material pentru investigații: Ser, LCR. Număr de teste: 50. Instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000654015.	ISO, CE.
61	3310000-1	CRP - LATEX	CRP-Latex / 1033C500	Moldova	DAC-SpectroMed	Cerințe generale* + Nota*** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: CRP LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete	CRP-Latex - metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000305265.	ISO, CE.
74	3310000-1	Expres test p/u determinarea CK-MB	CCK-402 / CK-MB Rapid Test Cassette	China	Alltest	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	CK-MB Rapid Test Cassette (Sânge integral / Ser / Plasmă). Diagnostic rapid calitativ al infarctului miocardic (IM). Imunocromatografic – anticorpi anti-CK-MB reacționează cu proba. Tip probă: Sânge integral, ser sau plasmă. Sensibilitate: >99,9% Specificitate: 99,4% Catalog p. 18. Instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000377333	ISO, CE.
75	3310000-1	Expres test p/u determinarea D-dimeri	CDD-402 / D-dimer Rapid Test Cassette	China	Alltest	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	D-Dimer Rapid Test Cassette (Sânge integral / Plasmă). Tip test: Test rapid imunocromatografic calitativ pentru detecția D-dimerilor. Limita de detecție: 500 ng/mL. Sensibilitate: ~97% Specificitate: ~94% Catalog p. 5. Instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000377334	ISO, CE.

76	3310000-1	Expres test p/u determinarea Troponinelor	CTI-402 / cTnI Rapid Test Cassette	China	Alltest	Expres test p/u determinarea Troponinelor. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Cardiac Troponin I Rapid Test Cassette (Sânge integral / Ser / Plasmă). Imunocromatografic calitativ pentru detecția Troponinei I cardiace (cTnI). Sensibilitate: 97,6% Specificitate: 99,4% Catalog p. 18. Instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000377338	ISO, CE.
77	3310000-1	Factor reumatoid	RefaTex-DAC / 1039R500	Moldova	DAC-SpectroMed	Factor reumatoid. Flacon 5 ml, 100 teste	RefaTex-DAC , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000305270.	ISO, CE.
79	3310000-1	Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2	Fibrinogen-DAC / 4020F120	Moldova	DAC-SpectroMed	Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 Termenul de lucru din momentu deschiderii nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Set p/u determinarera fibrinogenului , set 120 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000302443.	ISO, CE.
85	3310000-1	Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste)	Hb Chr-DAC.Lq / 3046H1000	Moldova	DAC-SpectroMed	Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste)	Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L - Set de reagenți pentru determinarea hemoglobinei prin metoda fotometrică hemicrom cu laurilsulfat de sodiu (SLS) fără cianură, set 1000 teste. № de înregistrare DM000302446.	ISO, CE.
101	3310000-1	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman	Multi H St-DAC / 2053M3	Moldova	DAC-SpectroMed	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman. Flacon 0 - 5 mL. Compatibil cu analizoarele biochimice Selectra Pro XL și Stat Fax 3300	Multi H St - DAC - multicalibrator pe bază de se uman. Flacon 3 ml. Compatibil cu analizoarele biochimice Selectra Pro XL și Stat Fax 3300. Catalog pag. 4, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512046.	ISO, CE.
111	3310000-1	Plasma de control L1 normală pentru coagulare	Control Plasma L1 / 4032C2	Moldova	DAC-SpectroMed	Plasma de control L1 normală pentru coagulare. Termenul de lucru din momentu deschiderii nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Control Plasma L1 - plasma de control normală pentru coagulare 4 parametri, flacon 1ml. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512684.	ISO, CE.
112	3310000-1	Plasma de control L2 patologică pentru coagulare	Control Plasma L2 / 4033C2	Moldova	DAC-SpectroMed	Plasma de control L2 patologică pentru coagulare. Termenul de lucru din momentu deschiderii nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Control Plasma L2 - Plasma de control patologică 4 parametri, flacon 1ml. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512685	ISO, CE.
113	3310000-1	Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei și fibrinogenului (1flx1ml)	Coagulo St-DAC / 4018C1	Moldova	DAC-SpectroMed	Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei și fibrinogenului (1flx1ml) Termenul de lucru din momentu deschiderii nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Coagulo St-DAC - plasmă calibrator pentru calibrarea testelor screening ale hemostazei, flacom 1 ml. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512687.	ISO, CE.

115	3310000-1	Potassium (K)1x100ml	Potassium-DAC.Lq / 3066P50	Moldova	DAC-Spectromed	Potassium (K)1x100ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.	Potassium-DAC.Lq - Set de reagenți pentru determinarea potasiului prin metoda turbidimetrică fără deproteinizare cu tetrafenilborat, set 50 ml. Reagenții sunt stabili, gata pentru utilizare. Catalog pag. 4, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512052.	ISO, CE.
118	3310000-1	RF - LATEX	RefaTex-DAC / 1039R500	Moldova	DAC-Spectromed	Cerințe generale* + Nota** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: RF LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete	RefaTex-DAC - metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305269.	ISO, CE.
122	3310000-1	Set "Sulfo"	Sulfo-DAC / 3081S200	Moldova	DAC-Spectromed	Set "Sulfo". Pentru determinarea calitativ si cantitativ	Sulfo-DAC - set de reagenți pentru determinarea proteinei totale în urină prin metoda fotometrică cu acid sulfosalicilic, set 200 ml. Instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000512063.	ISO, CE.
125	3310000-1	Set de control hematologic 3 nivele	D-Check 18 / D_DC18T2H, D_DC18T2L, D_DC18T2N	Ungaria	Diagon	Set de control hematologic 3 nivele Low , Normal, High (3fl x 2,5 ml)	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), pentru 3-Diff pentru 18 parametri. Nr. de înregistrare DM000462583, DM000462582, DM000462581.	ISO, CE.
132	3310000-1	Sodium (Na)1x60ml	Sodium-DAC.Lq / 3078S50	Moldova	DAC-Spectromed	Sodium (Na)1x60ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.	Sodium-DAC.Lq - set de reagenți pentru determinarea sodiului prin metoda fotometrică cu acetat de uranil, set 50ml. Reagenții sunt stabili, gata pentru utilizare. Catalog pag. 4, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512061.	ISO, CE.
149	3310000-1	Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHelicobacter Pylori în ser plasmă și sânge integral	H. pylori Antigen Rapid Test Cassette / IHP-402	China	Alltest	Metodă imunocromatografică. Teste pentru determinarea antihelicobacter pylori în ser plasmă și sânge integral cu sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat.	H.pylori Antibody Rapid Test Cassette (ser, plasmă și sânge integral) , metoda imunocromatografică. Sensibilitate 96.8%. Specificitate 93.0%. Ambalate individual, termen de valabilitate indicat. Catalog Alltest pag. 2. № de înregistrare DM000377307.	ISO, CE.
151	3310000-1	Test express la droguri în urină	10 - Drugs - DAC / 4257D10	Moldova	DAC-Spectromed	Test express la droguri în urină 16 parametri. Specificarea cerințelor pentru structura unui set diagnostic: Unu set = un pacient. Variante posibile de împachetare acceptate pentru ofertare: (a) Unu set = una/două casete cu 16 stripuri-parametri de droguri (specifice propriu-zise sau reacții generale către grupele chimice generale) pentru testare simultană; sau (b) Unu set = 16 casete sau stripuri separate pentru 16 tipuri de substanțe sau grupe generale de substanțe cerute (conform listei) cu investigarea step-by-step. Grupe generale de substanțe psihotrope: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (preferabil reacție calitativă către grup general și anume Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaina, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opioid (preferabil ca reacția calitativă generală să posede afinitate către metabolizii în urină a drogurilor opioide de heroina, morfina, methadona, codeina, etc. sau către substanțele enumerate în forma lor nemodificată metabolic), Heroina (optional) sau metabolizii heroinei, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice (preferabil reacție calitativă către grup general de substanțe), Antidepressante tricyclice (preferabil reacție calitativă către grup general de substanțe), MDMA, alfa-PVP, MDPV, Mefedrona sau metabolizii ei (optional, dar binevenit). Insertul kiturilor suplimentar să conțină următoare informație de la producător: (1) Descrierea a principiilor reacțiilor chimice în baza cărora are loc determinarea drogurilor; (2) Lista medicamentelor (sau a altor substanțe) grupele funcționale chimice cărora interferează metoda de determinare a drogurilor sau metabolizilor celor 16 parametri specificați (sau grupe generale de substanțe), cu cazuri posibile de "cross-reacții FALS pozitive". IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.	10-Drugs-DAC - Test rapid imunocromatografic pentru urină 10 parametri (MOP, BAR, MDPV, MDMA, TCA, LSD, alfa-PVP, MEP, 6-MAM, PCP). 1 set = 1 pacient. Catalog DAC-Sp-Med p.15, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000381694.	ISO, CE.
			6 - Drugs-DAC / 4251D6	Moldova	DAC-Spectromed		6-Drugs-DAC - Test rapid imunocromatografic pentru urină 6 parametri (MET, COC, BZO, AMP, MTD, THC). 1 set = 1 pacient. Catalog DAC-Sp-Med p.15, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000381693.	ISO, CE.
155	3310000-1	Teste pentru determinarea singelui oculat in masele fecale.	FOB Rapid Test Kit / TFO-602	China	Alltest	Teste rapide pentru determinarea singelui oculat din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50 ng/ml si mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale.	FOB Rapid Test Kit (singe oculat din materiile fecale), metoda imunocromatografică. Sensibilitate 94%. Specificitate 99.5%. Ambalate individual, termen de valabilitate indicat. Catalog Alltest pag. 2. № de înregistrare DM000377425.	ISO, CE.

157	3310000-1	Triplu test rapid calitativ pentru Markerii Cardiaci	Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo Rapid Test Cassette / CMA-435	China	Alltest	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea ”one step” [Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	Triplu-test Troponina I / CK-MB / Myoglobin - ser, plasmă și sânge integral, metoda imunocromatografică. Sensibilitate 99.9%. Specificitate 97.2%. Ambalate individual, termen de valabilitate indicat. Catalog Alltest pag. 2. № de înregistrare DM000377335.	ISO, CE.
165	3310000-1	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Ure-DAC.Lq / 3092U100	Moldova	DAC-SpectroMed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punct final. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Trireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	Ure-DAC.Lq - set de reagenți pentru determinarea ureei prin metoda fermentativă-fotometrică cu urează /salicilat, set 100 ml. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Trireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: 0,21 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l , Bilirubina 0,342 mmol/l, Hemoglobina 2 g/l.Lipemie- trigliceride 10 g/l. Catalog pag. 3, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000512081.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 07.11.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.