

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1667394703294/ 21066605 din: 02.11.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: consumabile medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 REPETAT

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Balon pentru artere coronare	conform brosurii	China	Lepu Medical Technology	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariană, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon 8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariană, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon 8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51