

ACT DE EVALUARE A OFERTEI**nr. 2 din „19” august 2026**

Procedura de achiziție publică de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1785309492285 (ID 21661089)
 „Aparate izolante cu aer comprimat pentru respirație (cu butelii de rezervă)”, cod CPV 35100000-5

1. Date privind ofertantul evaluat

Denumirea ofertantului	SRL „Coaxial Grup”
IDNO	1002600015290
Prețul ofertei	240 000,00 lei fără TVA — clasat pe locul 2
Produsul oferat	Aparat de respirat autonom DRÄGER PSS 3000, producător Dräger Safety UK Ltd.
Statutul în SIA „RSAP” la data evaluării	„În considerare” (după descalificarea ofertantului clasat pe locul 1)

2. Documentele depuse și rezultatul verificării

Cerința (anunț pct. 12 / caiet de sarcini)	Document depus	Rezultatul verificării
Declarația de eligibilitate	Prezentă	Corespunde
Cererea de participare / valabilitatea ofertei (45 zile)	Prezente	Corespunde
Oferta (formular F3.1)	Prezentă	Corespunde
Specificația tehnică (anexa nr. 22)	Prezentă	NECONFORM: coloana 6 conține doar mențiunea generică „În conformitate cu cerințele beneficiarului”; nu demonstrează îndeplinirea fiecărei cerințe. Buteliile de rezervă sunt indicate din OTEL, contrar cerinței de material compozit
Specificația de preț (anexa nr. 23)	Prezentă	Confirmă poziția „butelie de oțel de rezervă”; măștile faciale nu figurează în ofertă
Termen de garanție minimum 24 luni	Declarație de garanție	Corespunde
Certificat de examinare UE de tip EN 137 (organism notificat)	Certificat nr. 9598 A/19/11 PSA (DEKRA 0158), emis 16.04.2019	NECONFORM: valabilitate expirată la 15.04.2024, anterior datei-limită de depunere a ofertelor
Certificat de examinare UE de tip EN 136 (măști faciale)	Nu a fost depus	NECONFORM: lipsește; măștile (6 buc.) nu figurează în ofertă
Declarația de conformitate UE a producătorului	Prezentă	Face trimitere la certificatul expirat; conform caietului de sarcini, nu poate demonstra singură conformitatea EIP de categoria III
Fișa tehnică / instrucțiunea de utilizare	Nu au fost depuse cu oferta	NECONFORM: lipsesc
Autorizația de livrare de la producător	Nu a fost depusă	NECONFORM: lipsește
Certificatul de calitate	Nu a fost depus	NECONFORM: lipsește

3. Solicitarea de clarificări și rezultatul acesteia

Prin scrisoarea nr. 67 din 05.08.2026 au fost solicitate clarificări asupra a 5 aspecte. Ofertantul a răspuns la 11.08.2026, transmițând o scrisoare de răspuns și fișa tehnică Dräger PSS 3000 în limba română. Rezultatul examinării răspunsului:

Aspectul solicitat	Răspunsul ofertantului	Aprecierea grupului de lucru
Materialul buteliilor de rezervă	Susține că mențiunea „oțel” este eroare tehnică de redactare și se angajează să livreze butelii compozite	NEREMEDIAT. Angajamentul de a livra alt produs decât cel oferat constituie modificare a ofertei, inadmisibilă potrivit art. 69 alin. (4) din Legea nr. 131/2015. Eroarea de redactare nu a fost probată (fără cod de produs, fișă tehnică sau calcul de preț)
Certificatul de examinare UE de tip în vigoare	„A fost solicitat producătorului; îl vom prezenta imediat ce ne va fi transmis”	NEREMEDIAT. Documentul nu a fost prezentat în termen; certificatul trebuia să fie valabil la data-limită de depunere a ofertelor
Includerea celor 6 măști faciale	Confirmă în scris includerea în prețul oferat	NEDEMONSTRAT. Fără indicarea modelului, fără certificat EN 136 și fără fișă tehnică; fișa PSS 3000 transmisă indică masca doar ca opțiune „la cerere”
Documentele obligatorii lipsă	A transmis fișă tehnică; restul „au fost solicitate producătorului”	PARTIAL. Instrucțiunile de utilizare, autorizația de livrare și certificatul de calitate rămân neprezentate
Specificația tehnică completată punct cu punct	Nu a fost transmisă	NEREMEDIAT

4. Concluzia

Oferta SRL „Coaxial Grup” nu corespunde cerințelor documentației de atribuire și se respinge în temeiul pct. 51 subpct. 1) și 3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022, pentru: (i) ofertarea de butelii de rezervă din oțel, contrar cerinței obligatorii de butelii din material compozit; (ii) prezentarea unui certificat de examinare UE de tip expirat la 15.04.2024, neînlocuit cu un certificat în vigoare; (iii) nedemonstrarea includerii în ofertă a celor 6 măști faciale complete și lipsa certificatului EN 136; (iv) lipsa instrucțiunilor de utilizare, a autorizației de livrare emise de producător și a certificatului de calitate; (v) propunerea tehnică nedemonstrativă. Angajamentele asumate prin răspunsul la clarificări nu pot fi luate în considerare, întrucât ar echivala cu modificarea ofertei după termenul-limită de depunere, interzisă de art. 69 alin. (4) din Legea nr. 131/2015.

Prezentul act se anexează la decizia de descalificare/respingere înregistrată în SIA „RSAP” și face parte din dosarul achiziției publice. Ofertantul poate contesta actele autorității contractante în ordinea contenciosului administrativ, conform pct. 74 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022.

Moldova Ipoc 