

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1649083580289	Data: 11 mai 2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022	Lot: 19, 34

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	19	Halate de unica folosinta cu legaturi	SMS Surgical gown Suvicom SV-20	Turkey	Podima Medikal Ve Tekstil San.Tic.Ltd.Sti	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Declarația de conformitate CE ISO 13485	CE, ISO
33100000-1	34	Sisteme stomice	One-pc open Pouch (XL by clamp closure) 1087000F	China	BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd.	1.cu evacuare 2. de tip deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4.sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adezivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7.O clemă la 5 puncte 8.cu filtru de cărbune activat 9.Gaura de tăiere (dimensiune ochi) 15-70 mm *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a participantului. *În ofertă se va indica	1.cu evacuare 2. de tip deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4.sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adezivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7.O clemă la 5 puncte 8.cu filtru de cărbune activat 9.Gaura de tăiere (dimensiune ochi) 15-70 mm Declarația de conformitate CE ISO 13485	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**