

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1773322741472](#)

Denumirea procedurii de achiziție Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2026

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 22</b>						
Mentenanța preventivă și corectivă la Osteodensitometru	STRATOS DR	Franta	DMS Apelem	<p>Osteodensitometru digital STRATOS DR *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare</p> <p><b>Mentenanță preventivă</b> Verificarea mecanică a mesei și sistemelor de mișcare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibrare fantomă (phantom test) conform standardelor OEM.</li> <li>• Evaluare detector și sursă RX.</li> <li>• Inspectarea cablurilor și modulului generator.</li> <li>• Verificare software și parametri BMD.</li> </ul> <p><b>Mentenanță corectivă</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostic complet.</li> <li>• Reparație / înlocuire componente (generator, cabluri, detector).</li> </ul> <p>Recalibrare BMD după intervenție.</p>	<p>Osteodensitometru digital STRATOS DR *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare</p> <p><b>Mentenanță preventivă</b> Verificarea mecanică a mesei și sistemelor de mișcare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibrare fantomă (phantom test) conform standardelor OEM.</li> <li>• Evaluare detector și sursă RX.</li> <li>• Inspectarea cablurilor și modulului generator.</li> <li>• Verificare software și parametri BMD.</li> </ul> <p><b>Mentenanță corectivă</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostic complet.</li> <li>• Reparație / înlocuire componente (generator, cabluri, detector).</li> </ul> <p>Recalibrare BMD după intervenție.</p>	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău