

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>ocds-b3wdp1-MD-1637845612456</u>	Data: 20.12.2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Produsele diagnostice, reactivile chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022	Lot: 87	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
33600000-6	Tampon steril	Tampon steril	Rep. Moldova	Celeritas SRL	Conform FDA	Tampon steril Dimensiunile 4 cm * 4 cm , 6 straturi (grosimea perneței 6 mm), in ambalaj steril a câte 1 buc. 1.Din material netesut absorbant cu continut de viscoza 70 %, densitatea 90/100 g/m.p.,, 2. Arii de utilizare : pentru pansamentul locului de venepuncție. 3. Pentru uz medical, de uz unic, uscat. 4. Certificat de calitate eliberat de producator pentru fiecare lot si aviz sanitar la producere in serie a articolelor medicinale sterile conform legislatiei in vigoare. 5. La livrare termenul de valabilitate va fi nu mai mic de 90 % din termenul total de valabilitate.	Certificat de calitate, aviz sanitar la producere in serie a articolelor medicinale sterile

Semnat: _____ Larisa Plugaru / director

Ofertantul: Celeritas SRL

Adresa: Chisinau, str. Columna, 170