

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1574776734020	Data: 17.12.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț „C” conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec Sistem SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot1						
3310000 0-1	Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț „C”.	Oscar Prime	Koreia	Genoray	Conform solicitării autorității contractante	Specificațiile tehnice a Sistemii radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” Da, Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț "C": Destinat efectuării examenelor radiodiagnostice în cadrul intervențiilor chirurgicale. Construcție compactă cu stativ unic (braț "C" ,suport monitoare pe braț,panou comanda" Spectru larg de aplicații.(Chirurgie generală, protezare, traumatologie, neurologie etc) - Deplasare vertical 500 mm - Rotire orbital .+120/-45 grade - Deplasare orizontală 220 mm - Spațiu liber braț"C" 870 mm Generator raze-x Regim de lucru -Fluoroscopie continuă -da -Fluoroscopie pulsativă-da -Radiografie digitală-da Parametru: Interval kV 40-120 kV Interval mA 0.2-53 mA Rata puls 1—30 puls/sec Durata puls 10—40 ms Putere de ieșire generator 5,3 kW Marime pata focală tub 0,5 mm	CE ISO

					Putere disipare caldura ansamblu 2217600 HU Frecventa lucru 80 kHz Tip generator monobloc Da Controlat microprocessor Da Tub cu anod stationar Da Regim cu 1/2 doza Da Programe:"metal","soft" Da Circuit oprire urgent Da Indicator luminos "x-ray on" Da Filtrare monobloc totala 4.3Al+0.1 Cu,mm Sistema de achizitie imagine Receptor imagine tip "FPD" Da Tehnologie " CMOS" Da Scintillator tehnologie Marime FPD 260x256 mm Marime pxel 100 mkm Matrice 2600x2560 pixel Raport semnal /zgomot 95 dB Rata digitalizare 16 bit Dispozitiv centrare cu LAZER, da integrat in detector, da Sistem integrat de control doza dupa obiect: da Corectie dupa miscare pacient , da Automat corectie doza, da Automat corectie metal, da Colimator virtual, da Rata de achizitie 30 frame/sec Sistema de achizitie si stocare: Parametru: Capacitatea de stocare interna: 100 000 imagini Port USB, da Printer termic integrat in sistema, da Sistem integrat de monitorizare doza, da Program de: Arhivare, da Post procesare, da Adnotari, da Instrumente masurare, da Rotire Imagine, da	
--	--	--	--	--	--	--

					Colimare digitala, da Rezolutie pentru stocare 4 lp/mm Procesare digitala imagini :30 bit Numar de imagini simultane pe monitor referinta :16 imagini Cine loop 8 cadre/sec Pachet DICOM: Storage Print Worklist Media Class (USB) Iesire video 50HZ Monitoare Parametru: Monitoare pe stativ fixate cu brat, da cantitatea: 2 buc diagonala: 48 cm rezolutie: 1280x1024 pixel contrast: 800:01:00 Unghi vedere: 178 grade Luminozitate: 900 cd/m² Rotire imagine fara expozitie:da Monitor interactiv de control:da Fixsat pe stativ:da Diagonala 26 cm tehnologie touchscreen :touch screen rezolutie: 640x480 pixel contrast : 300:01:00 Alimentare electrica Parametru: retea standard 220 V, 50 Hz Curent consumat 16 A Impedanta retelei 0,6 Ohm Cerinte obligatorii: Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea :36 luni Greutate maximala systema: 320 kg Centru de service in RM cu ingineri locali certificati de producator, da Tara de origine: Koreaia Instalarea dispozitivului:da Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; da	
--	--	--	--	--	---	--

						Instruirea specialiștilor din cadrul instituției instituției, da	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: ANCOTEC SISTEM SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Miorița 5

În calitate de: Director
Data 16.12.2019