

Specificații tehnice

Anexa nr.22
Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Numărul LP ocds-b3wdp1-MD-1638865969407 din 16.01.2022
Obiectul achiziției Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3314000-3	89	Scutice p/u maturi L	Friends adult diaper easy large	India	Nobel Hygiene Private Limited	unică folosință, mărimea L	Scutec cu banda, marimea L, 8 ore protecție, absorbție sporită, blocare miros, indicator umiditate, material absorbant antibacterian. Ambalaj N10. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
3314000-3	90	Scutice p/u maturi M	Friends adult diaper easy medium	India	Nobel Hygiene Private Limited	unică folosință, mărimea M	Scutec cu banda, marimea M, 8 ore protecție, absorbție sporită, blocare miros, indicator umiditate, material absorbant antibacterian. Ambalaj N10. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
3314000-3	105	Infusomat Space Line Standart	INFUSOMAT SPACE LINE, STANDARD, 8700036SP	Germania	BBraun Melsungen AG	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.	CE, Declarația de Conformitate
3314000-3	106	Infusomat Space Tubing Transfusion	Infusomat® Space Line type Transfusion, 8270066SP-01	Germania	BBraun Melsungen AG	Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.	Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.	CE, Declarația de conformitate
3314000-3	171	Set de consumabile de unică folosință pentru aparatul de plasmăfereză NYGALE model DigiPla80	Disposable Plasma Apheresis Set Model:P-4319	China	Sichuan Nigale Biotechnology y Co., L	• Sistemul de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală: lungimea acului nu mai mică de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la porțiunea de conexiune a acului cu setul clama și o distanță de 10 cm, - asigurat cu clama la punga de plasma, amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mică de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Linia pentru separarea plasmei să nu fie mai scurtă de 80 cm de la bol- centrifuga. De la ramificarea racordului Y până la punga de plasma nu mai scurtă de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de sodiu 4%, steril, apirogen, volum de 200 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.	• Sistemul de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală: lungimea acului nu mai mică de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la porțiunea de conexiune a acului cu setul clama și o distanță de 10 cm, - asigurat cu clama la punga de plasma, amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mică de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Linia pentru separarea plasmei să nu fie mai scurtă de 80 cm de la bol- centrifuga. De la ramificarea racordului Y până la punga de plasma nu mai scurtă de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de sodiu 4%, steril, apirogen, volum de 200 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.	ISO, CE, GMP
3314000-3	175	Urostoma	PROXIMA2 BASE PLATE 60/12-55, 73060A	Franța	BBraun Medical SAS	1.Dispozitiv medical pentru protezarea stomelor umede 76mm; 2.Punga transparentă de 1 litru; 3.Dispozitiv adeziv, cu orificiu de la 10- până la 76mm.	Dispozitiv medical pentru protezarea stomelor umede 76mm; - Punga transparentă de 1 litru; - Dispozitiv adeziv, cu orificiu de la 10- până la 76mm.	CE, Declarația de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SRL PHARMONY Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 4