

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1675324964635						Data: 23.02.2023	
Denumirea licitației: Achiziționarea articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 18 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat.	MCNE-447-100	Spania	LabBox	Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 9001:2015 – valabil . - Extras din catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice. - În ofertă se indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO

Valabilitatea ofertei - 90 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SRL «Biotechlab»**Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**