

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1671023652971 din: 19 dec 2022, 8:30 - 22 dec 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Detergenți/Dezinfectanți pentru Sterilizare și mașini de dezinfecție a endoscoapelor - 2023

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	33631600-8	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L)	DETD	Germania	Ecolab/Olympus	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L) . Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid (20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat.	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L) . Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid (20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat.	CE/ISO
1	33631600-8	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L)	CETD	Germania	Ecolab/Olympus	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus”(ambalaj ≤ 5L). Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri (cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus”(ambalaj ≤ 5L). Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri (cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în	CE/ISO

						apă la orice temperatură, chiar și cu apă rece. (2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare.	combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apă rece. (2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**