

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1747814664887						din 21.05.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea Distilator de apa pentru laborator						Pagina 1 din 1	
<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	Distilator de apă	DE5	Polonia	Polna	Conform specificației	Conductibilitatea distilatorului de apă la 25 °C, min - 2,2 μS/cm Capacitate de productie, - 4 L/h Capacitate de incalzire (puterea termică), - 3 kW Consum de energie - 3 kW Debit de răcire a apei - 50-60 L/h Diferența de presiune a apei răcite - 3 bar Presiune_Maximă_Răcire_Apă - 7 bar Dimensiunile (L × A × Î) - 341 x 261 x 390 mm Interval de temperatură ambientală - 10 ... 40 °C Alimentare - 220-230 V, AC ; 50 Hz Cablul de alimentare cu mufă Schuko înclinată (CEE7/7)	ISO

Valabilitatea ofertei - 45 zile
27.05.2025

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**