

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1653646852155 din 07.06.2022
Obiectul achiziției: “Piese de schimb pentru dispozitive medicale”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standar-de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Set plăci de control a interfeței utilizatorului pentru Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-12, producător TBT, Turcia. Anul fabricării 2018 (Lot 1)	KIT DISPLAY CARD	Turcia	TBT Medical	Set plăci de control a interfeței utilizatorului pentru Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-12, producător TBT, Turcia. Anul fabricării 2018 Componența setului: - Master-board cu conectare la display color – 1 buc - Keypad-board cu interfața butoanelor touchscreen Termenul de garanție minimum 12 luni din data instalării piesei.	Set plăci de control a interfeței utilizatorului pentru Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-12, producător TBT, Turcia. Anul fabricării 2018 Componența setului: - Master-board cu conectare la display color – 1 buc - Keypad-board cu interfața butoanelor touchscreen Termenul de garanție minimum 12 luni din data instalării piesei.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)