

Cerința pentru Servicii de reparație și mentenanță periodică a instalațiilor radiologice	Statut	Perioada
Verificarea mesei și vertigrafului	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea unității de vizualizare	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea unității de procesare imagine	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea condițiilor de funcționare a echipamentului	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea generatorului	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea detectorului, calibrarea la necesitate	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Calibrarea/ ajustarea parametrilor fizico-radiologici (la necesitate)	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Calibrarea/ ajustarea modulelor mecanice (la necesitate)	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului).	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Update software până la ultima versiune eliberată de producător	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea modulelor electrice	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Verificarea funcțională după lucrările efectuate	Obligator	4 ori pe an conform graficului
Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului	la solicitare	
Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului	la solicitare	
Diagnosticare și reparație a defectelor la solicitarea beneficiarului în număr și volum nelimitat	la solicitare	
Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum nelimitat	la solicitare	
Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate	la solicitare	
Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare)	adițional	
Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar	adițional	
Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei)	adițional	
În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de upgrade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte)	adițional	
Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului, iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul)	adițional	
Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte	adițional	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Botnaru În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37