

BAIE DE LABORATOR CU NISIP CU TAVA DETASABILĂ DE INOX
model „COMBIPLAC-SAND” 4,5 litri , 30 x 30 x 5 cm
Producator JP SELECTA SAU



CARACTERISTICI

- Reglarea electronică a energiei termice cu controler electronic până la 400° C.
- Placa de încălzire din oțel nedeformabil cu elemente de încălzire distribuite omogen pe toată suprafața plasate într-o poziție circulară pe suprafața plăcii..
- Baia de nisip din oțel inoxidabil AISI 304 nedeformabil și detașabil pentru o curățare ușoară.
- Plita poate fi folosită independent, fără baia de nisip.
- Carcasa plitei este realizată din oțel inoxidabil AISI 304.

PANOUL DE CONTROL

- Comutator principal cu indicator luminos „ON”.
- Regulator electronic a puterii de încălzire de la 0 -100 %. Folosind butonul de control al puterii de încălzire, se reglează ciclul de funcționare al plitei la temperatura de lucru dorită.
- Lampa indicator luminos de funcționare a încălzitorului arată ca elementul de încălzire funcționează

BANK DETAILS

IDNO 1011600001572
TVA 0609491

IBAN MD12M02224ASV42758107100 (MDL)
IBAN MD17M02224ASV16072337100 - (EUR)

Bank: Mobiasbanca - OTP Group S.A.
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chișinău, MD-2012

- Conexiune din spate pentru cuplarea unui termometru de contact electric și electronic „Sensoterm” sau a unui regulator electronic digital „Electemp-TFT” (Optiuni) .

SPECIFICATII TEHNICE:

Tip	Nisip
Volum Intern	4,5 litri
Interval de temperatura	400 °C
Dimensiuni interioare (L*I*h)	300*300*50 mm
Dimensiuni exterioare (L*I*h)	350*320*210 mm
Alimentare	220 V / 50 Hz
Consum	2800 W
Greutate	15 Kg

PRODUS IN CONFORMITATE CU URMATOARELE DIRECTIVE EUROPENE

- 73/23/EEC. Siguranta electrica.
- 89/336/EEC Compatibilitate electromagnetica.
- Îndeplinește următoarele standarde:
EN 50081-1
EN 50082-1
EN 61010-1

23 Martie 2025

Natalia GUMIONAIA
ADMINISTRATOR „KIRANTONI” SRL

BANK DETAILS

IDNO 1011600001572
TVA 0609491

IBAN MD12MO2224ASV42758107100 (MDL)
IBAN MD17MO2224ASV16072337100 - (EUR)

Bank: Mobiasbanca - OTP Group S.A.
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chişinău, MD-2012