

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

adresa: MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni, 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1707896818901 din 24.02.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reagenți, medii și consumabile de laborator

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.02.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

adresa: MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni, 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reagenți, medii și consumabile de laborator "

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1707896818901 din 24.02.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 25.03.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.02.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707896818901 din 24.02.2024								
Obiectul achiziției: Reagenți, medii și consumabile de laborator								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica GOD-PAP.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set, < 0,1 mmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 7,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7 mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica GOD-PAP.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set, < 0,1 mmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 7,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7 mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
		Bilirubina totala (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
		Bilirubina directa (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25	ISO, CE
		ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 4,0 U/L.Coeficientul de variatie intraserial < 1,5 Coeficientul de variatie extraserial < 1,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 4,0 U/L.Coeficientul de variatie intraserial < 1,5 Coeficientul de variatie extraserial < 1,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-	ISO, CE
		ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 2 U/L. Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 1,5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 2 U/L. Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 1,5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		Proteina Totala (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	"Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrica cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 5,0 g/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj	"Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrica cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 5,0 g/L. Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj	ISO, CE
		Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Ureaze UV.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 0,3 mmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Ureaze UV.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 0,3 mmol/L. Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L. Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE

1	Lotul 1. Reagenți, calibratori materiale pentru analizator biochimic automat A25 sistem închis	Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Jaffe fara deproteinizare. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 15 mkmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,05 Coeficientul de variatie extraserial < 0,05 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Jaffe fara deproteinizare. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 15 mkmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,05 Coeficientul de variatie extraserial < 0,05 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat	ISO, CE
		Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometricacu BCG Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 2 g/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,15 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometricacu BCG Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 2 g/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,15 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	100ml/set "Metoda de determinare: Imunoturbidimetrica cantitativa fara predilutie Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 33 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 5,0 Coeficientul de variatie extraserial < 8,0 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	100ml/set "Metoda de determinare: Imunoturbidimetrica cantitativa fara predilutie Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 33 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 5,0 Coeficientul de variatie extraserial < 8,0 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		Fosfataza alcalina (Alkaline Phosphatase)) cu ambalaj special pentru A-25	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 3,0 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 3,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 3,0 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 3,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 4,2 mcmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 4,2 mcmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A 25	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica CHOD-PAP Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minima de detectie pentru set < 0,08 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 extraserial < 2,5 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Coeficientul de variatie Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie- trigliceride Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica CHOD-PAP Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minima de detectie pentru set < 0,08 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 extraserial < 2,5 Interferente: Acid ascorbic pina la 1,7mmol/l Coeficientul de variatie Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie- trigliceride Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	ISO, CE
		MultiCalibrator	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine"	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calcii - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine"	ISO, CE

		MultiControl ser normal	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilaze) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine"	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilaze) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine"	ISO, CE
		MultiControl ser patologic	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilaze) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilaze) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "	ISO, CE
		Solutie concentrata de sistem p/u A 25	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	ISO, CE
		Solutie concentrata de spalat p/u A 25	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	ISO, CE
		Reaction Rotor (10 unit/set) 1 set-10 unit, Metacrilat 120 Godeuri	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	ISO, CE
		Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set (Sample Wells)	AC10770 SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml	Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml	ISO, CE
		Ser pentru controlul calitatii Biochimic extern international (set) (12 flx5)	Ser pentru controlul calitatii Biochimic extern international	Spania	Biosystems	Controlul se efectueaza lunar timp de 12 luni (12fl.x5ml)	Controlul se efectueaza lunar timp de 12 luni (12fl.x5ml)	ISO, CE
2	Lotul 2.Reagenti pentru analizator hematologic Mindray -5000	M-52 Diff Lyse (4x500ml)	105-003724-00 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	ISO, CE
		M-52 BC-5000 Diluent 20*1	105-004045-00 M-52D Diluent	China	Mindray	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	ISO, CE
		M-52 LH Lyse (4x100ml)	105-004307-00 M-52LH Lyse	China	Mindray	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	ISO, CE
		B-55 control 3 nivele L,H,N (3mlx3)	105-003233-00/1 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	ISO, CE
		Proba Cleanser 50ml	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China	Mindray/Arche m	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	ISO, CE
		Ser pentru controlul calitatii Hematologic extern international (set)(3flx2ml)	Ser pentru controlul calitatii Hematologic extern international	Italia	BIO GROUP MEDICAL SYSTEM	Controlul se efectueaza lunar timp de 12 luni, livrarea trimestriala cite 3 eprubete(3 fl x2ml)	Controlul se efectueaza lunar timp de 12 luni, livrarea trimestriala cite 3 eprubete(3 fl x2ml)	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707896818901 din 24.02.2024												
Obiectul achiziției: Reagenți, medii și consumabile de laborator												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lotul 1. Reagenți, calibratori materiale pentru analizator biochimic automat A25 sistem închis	Glucosa (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	1400	1.05	1.13	1 470.00	1 582.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Bilirubina totala (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	1500	1.68	1.81	2 520.00	2 715.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Bilirubina directa (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	250	1.72	1.86	430.00	465.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	750	3.71	4.01	2 782.50	3 007.50	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	750	3.71	4.01	2 782.50	3 007.50	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Proteina Totala (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	150	5.00	5.40	750.00	810.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	300	3.78	4.08	1 134.00	1 224.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100	5.23	5.65	523.00	565.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100	3.74	4.04	374.00	404.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	500	17.46	18.86	8 730.00	9 430.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Fosfataza alcalina (Alkaline Phosphatase) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100	4.65	5.02	465.00	502.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100	15.28	16.50	1 528.00	1 650.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A 25	Mililitru	200	6.76	7.30	1 352.00	1 460.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-

		MultiCalibrator	Mililitru	20	106.87	115.42	2 137.40	2 308.40	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		MultiControl ser normal	Mililitru	75	106.87	115.42	8 015.25	8 656.50	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		MultiControl ser patologic	Mililitru	75	106.87	115.42	8 015.25	8 656.50	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Soluție concentrată de sistem p/u A 25	Mililitru	1000	1.33	1.60	1 330.00	1 600.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Soluție concentrată de spălat p/u A 25	Mililitru	100	15.85	19.02	1 585.00	1 902.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Reaction Rotor (10 unit/set) 1 set-10 unit, Metacrilat 120 Godeuri	Set	20	1 723.57	2 068.28	34 471.40	41 365.60	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set (Sample Wells)	Bucata	8000	0.71	0.85	5 680.00	6 800.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Ser pentru controlul calității Biochimic extern internațional (set) (12 flx5)	Set	1	5 229.81	5 648.19	5 229.81	5 648.19	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
						TOTAL LOT	91 305.11	103 759.19				
2	Lotul 2.Reagenți pentru analizator hematologic Mindray -5000	M-52 Diff Lyse (4x500ml)	Set	1	6 688.64	7 223.73	6 688.64	7 223.73	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		M-52 BC-5000 Diluent 20*1	Amb.	8	967.03	1 044.39	7 736.24	8 355.12	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		M-52 LH Lyse (4x100ml)	Set	1	4 432.23	4 786.81	4 432.23	4 786.81	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		B-55 control 3 nivele L,H,N (3mlx3)	Set	4	3 151.85	3 404.00	12 607.40	13 616.00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Proba Cleanser 50ml	Fl.	10	545.05	654.06	5 450.50	6 540.60	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
		Ser pentru controlul calității Hematologic extern internațional (set)(3flx2ml)	set	4	2 315.00	2 500.20	9 260.00	10 000.80	Pe parcursul anului 2024, în decurs de zile calendaristice de la comanda	33600000-6	-	-
						TOTAL LOT	46 175.01	50 523.06				
						TOTAL Oferta	137 480.12	154 282.25				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău