

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1565092379214 din <u>12 august 2019</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Echipament medical	Full Pro + Guler 230493 pentru Cardiologie	Turcia	Radi Xray	<p>Set compus din șorț de protecție individuală pentru medici împotriva radiației X guler pentru protecția glandei tiroide pentru sala de electrofiziologie cardiacă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conținut PB/ mm - 0,5 (față) și 0,25 (spate); - Material exterior rezistent la murdărie (dirt-repellent); - Fixare cu centură și arici sau capse; - Setul să conțină: șorțuri de protecție de dimensiuni S (lungime 100 cm) - 1buc; M (lungime 110 cm) - 1 buc; L (lungime 110 cm) - 1 buc, guler pentru protecția glandei tiroide - 3 buc. - Acte de conformitate potrivit directivei 89/686/EEC (PPE) 	<p>Set compus din șorț de protecție individuală pentru medici împotriva radiației X guler pentru protecția glandei tiroide.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conținut PB/ mm - 0,5 (față) și 0,25 (spate); - Material exterior rezistent la murdărie (Polioritan cu proprietati antimicrobial si antifungic) foarte usor se curata - Fixare cu centură și capse; - Setul conține: șorțuri de protecție de dimensiuni S – 1 buc; M - 1 buc; L - 1 buc, Guler pentru protecția glandei tiroide - 3 buc. - Acte de conformitate potrivit directivei 89/686/EEC (PPE) CE, ISO 9001 	<p>CE, ISO 89/686/EEC (PPE)</p>

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Latîsev Anastasia În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED SRL Adresa: mun.Chisinau b-dul. Traian 1/1 of.80