

Denumire Sistem	X-2600 + EG-X20
Producător	SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Țară de origine	China
Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de baza)	Da, Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de baza)
Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice	Da, Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice
Cod 290140	Cod 290140
Parametrul Specificația	Da, Parametrul Specificația
Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1	Da, Videoprocessor Intrări cameră :1
Tip HDTV / HD $\geq$	Da, Imaginea HD : 1920x1080 pixeli (echivalent 2 MP)
1920x1080 pixeli	Product Data X-2600, pag. 9, 5 Ports. Endoscope
Controale / caracteristici	Da, Controale / caracteristici
Ajustare nuanță obligatoriu	Da, Ajustare nuanță obligatoriu
	Product Data X-2600, pag. 5, 4 technical Specification, Color tone adjustment
Iluminare auto	Da, Iluminare auto
Balans de alb auto	Product Data X-2600, pag. 6, 4 technical Specification, Brightness adjustment
Acuitate obligatoriu	Balans de alb auto
Videocompensare obligatoriu	Product Data X-2600, pag. 8, Camera head, Functions, auto white balance
	Acuitate obligatoriu
	Product Data X-2600, pag. 8, Camera head, Functions, image enhachement
Alte controale	
zoom	Videocompensare obligatoriu
	Product Data X-2600, pag. 4, 2 Advanced Technologies, Full-digital image processing
Ieșiri RGB 1	Da, Alte controale
Y/C ≥ 1	Da, zoom
Digital (DVI, SDI, HD-SDI)	Product Data X-2600, pag. 6, Zoom
obligatoriu	Ieșiri RGB 1, 3G-SDI adaptor to RGB
	Y/C ≥ 1 , 3G-SDI adaptor to Y/c
	Da, Digital (DVI, SDI, HD-SDI)
	obligatoriu
	Product Data X-2600, pag. 9, 5 Ports
"Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei"	Da, "Tehnologia de banda ingusta de culoare VIST, SFI, EWL care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei"
obligatoriu	obligatoriu
	Product Data X-2600, pag. 5,2 Advanced Technologies
Sursa de lumină Tip lampă	
Xenon sau LED	
Timp de viață lampă ≥ 500 h	Da, Sursa de lumină tip integrată

Putere lampă lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W"	" ≥ 250 W pentru	Da, Tip lampă LED Producrt Data X-2600, pag. 4, 1 General Descriptions
Putere lampă de rezervă (doar in cazul lampii Xenon)	≥ 150 W,	Da, Timp de viață lampă 50 000 h Producrt Data X-2600, pag. 4, 1 General Descriptions
Contor lampă lampii Xenon)	da, (doar in cazul	Da, Putere lampă pentru lampa LED White Light Led 70W, blue- violet LED 130 W echivalentul la ≥ 250 W"
Mod standby	obligatoriu	Producrt Data X-2600, pag. 8, LAMP Se oferă lampă led Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon)
Lampă de rezervă in cazul lampii Xenon)	da, (doar	Se oferă lampă led Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon)
Periferice disponibile		Da, Mod standby obligatoriu
Display medical ≥ 23 inch.		Se oferă lampă led Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon)
"Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode"	DVD / SD-card /	Da, Periferice disponibile
memory stick USB / HDD portabil		Da, Display medical HD 24 inch
Captura digitală	obligatoriu	Producrt Data X-2600, pag. 11, 8 Image Monitor
Suport pe roțile	obligatoriu	Da, "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" memory stick USB / HDD portabil
Sistem de furnizare a aerului/apoi minim 3 regimuri de lucru	volumul vasului pentru	Da, Captura digitală obligatoriu
apă minim 250 ml		Da, Suport pe roțile HDT-500
Sistem de aspirație oferit	Să se indice modelul	obligatoriu
Tip	Separat de procesor	Da, Sistem de furnizare a aerului/apoi 3 regimuri de lucru
Volumul rezervorului	$\geq 1,4$	Producrt Data X-2600, pag. 11, 8 Image Monitor
litri		Da, volumul vasului pentru apă 250 ml
Vid	obligatoriu	Da, Sistem de aspirație <i>Novela Liposuction</i> , Uzumcu, Turcia
Dirijarea nivelului de aspirare în trepte		Da, Tip Separat de procesor
Accesorii:		Da, Volumul rezervorului 3 litri
Sursa de lumină modelul oferit 1 unit.		Broșură Novela, Uzumcu
Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa		Da, Vid obligatoriu
Lampă halogen de rezervă	2 unit., (doar in	Da, Dirijarea nivelului de aspirare în trepte
cazul lampii Xenon)		Accesorii:
Piesă bucală	2 unit.	Sursa de lumină X2600 -1 unit.
Tester automat	1 unit. (să se	Da, Pompă inclusă 0- 0,65 bar(0-65 kPa)
indice modelul)		Producrt Data X-2600, pag. 7, Air-feeding system
Aspirator endoscopic ≥ 0.85		Se oferă lampă led Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon)
bar		Da, Piesă bucală 2 unit.

Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch. să se indice modelul Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.5 mm Marcaj de lungime obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Sînga/dreapta 90 grade Spălarea obiectivului obligatoriu	Da, Tester automat Leackage Master, Endotechnik, Germania 1 unit. Da, Aspirator endoscopic: 0.90 bar Broșură Novela, Uzumcu Da, Vas de rezervă pentru aspirator :3 litri - 1 unit. Da, Filtre pentru aspirator 5 unit. Da, Display medical HD : 24 inch, Sonoscape Medical Corp, China Da, Troliu HDT-500, cu transformator de izolare EC800PE pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. Da, Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Da, Videogastroscoop Eg-X20 Sonoscape China Da, Tip HD : 1920x1080 pixeli (2 MP) Product Data EG-X20, pag.4 , 2. Advanced Technology Da, Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare VIST, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Product Data EG-X20,pag.4 , 2. Advanced Technology Da, Tubul de inserție Lungime totală :1400 mm Product Data Eg-X20 ,pag.7 , Da, Lungime de lucru : 1050 mm Da, Diametrul exterior :9.2 mm Product , Eg-X20, pag7 Da, Marcaj de lungime obligatoriu(Insertion limit mark) Product Data EG X20,, pag.5 Da, Canal de lucru Numărul de canale :1 Da, Diametrul : 2,8 mm Product Data EG-X20, pag.7 Da, Optica Unghiul câmpului vizual: 145 grade Product Data EG-X20, pag.7 Da, Înclinația câmpului vizual 0 grade Product Data EG-X20, pag.7, Direction of View Da, Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Product Data EG-X20, pag.7, Depth of Field Da, Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos Da, 210/120 grade Product Data EG-X20, pag.7, Bending Angle Da, Sînga/dreapta 100/100 grade Product Data EG-X20, pag.7, Bending Angle Da, Spălarea obiectivului
--	--

Metode de sterilizare	Chimic	Product Data EG-X20, pag.5, Air/water valve
Etilen oxid opțional		Da, Metode de sterilizare
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare		Chimic
		Da, Etilen oxid opțional
		Da, Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
		Product Data EG-X20, pag.8, Dsinfectant, Sterilant and Flush Liquid