

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780657705160 din 18 iun 2026, 10:49 - 5 iul 2026, 10:49

Obiectul achiziției: Diverse echipamente medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu	Surtron 400HP (10400.902)	Italia	LedSpa	Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența - cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz. Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Comutator de mana – obligatoriu; Comutator de picior -tip pedală dublă; Bipolar – obligatoriu. Moduri de lucru: Monopolar: 1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 150 W; ≥ 250 Ohm. Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Funcție de autotestare – obligatoriu. Canal de ieșire independentă – obligatoriu. Indicatoare : - acustic, vizual. Control volum sunet – obligatoriu. Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 2) Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., să se indice codul produsului ; 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului; 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului ; 6) Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil - 1 buc., să se indice codul produsului; 7) Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., să se indice codul produsului;	Surtron 400HP, 10400.902, LedSpa, Italia DM000577898 Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența 425 KHz Monopolar și 525 KHz Bipolar. Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Comutator de mana – obligatoriu; Comutator de picior -tip pedală dublă; Bipolar – obligatoriu. Moduri de lucru: Monopolar: 1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 250 W; ≥ 300 Ohm. Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Funcție de autotestare – obligatoriu. Canal de ieșire independentă – obligatoriu. Indicatoare : - acustic, vizual. Control volum sunet – obligatoriu. Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., 00404.08_S 2) Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., 6429A 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., 00205.00 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., 152-110 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., 152-110 (sau alte dimensiuni si forme optional la alegere)	DM000577898

						8) Pedală dublă - 1 buc., să se indice codul produsului. Trolu : 1) Să se indice modelul oferit - modelul oferit; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2 roți cu frână – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu	6) Electrode / penceți bipolare, tip reutilizabil - 1 buc., 310-140-10 7) Cablu pentru electrode bipolare reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., 00412.00 8) Pedală dublă - 1 buc., 00305.04_S. Trolu : 1) TR003; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2 roți cu frână – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu	
33100 000-1	3	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	New Hospivac 400 (RE 410350/38)	Italia	Ca-Mi	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 80 l/min; Indicator vacuum - da, eroarea $\geq \pm 5\%$; Reglator aspirație – obligatoriu. Nivelul de zgomot, dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu; 3) Numărul vaselor - 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit); 4) Capacitatea, L - ≥ 4 L; 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit): 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – obligatoriu; 2) Suport cu roți - ≥ 4 roți; 3) Roți cu frână - da, ≥ 2 buc.; 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit). Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz.	New Hospivac 400, RE 410350/38, Ca-Mi, Italia DM000792547 Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 675 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 90 l/min; Indicator vacuum - da, eroarea $\geq \pm 5\%$; Reglator aspirație – obligatoriu. Nivelul de zgomot, 46.4 dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu; 3) Numărul vaselor - 2 buc. (RE 210010); 4) Capacitatea, L - ≥ 5 L; 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. Suport mobil (integrat în unitatea de bază): 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – obligatoriu; 2) Suport cu roți - ≥ 4 roți; 3) Roți cu frână - da, ≥ 2 buc.; 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (SP 0047) Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz.	DM000792547

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: **ALMICOM-TECH SRL** Adresa: **mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2**