

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **“30” martie 2021**

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1616416339693/21037546**

Denumirea obiectului de achiziții: **”Consumabile ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)”**.

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

”Endo-Chirurgie” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. nu se aplică.
- b) **”Endo-Chirurgie” SRL** se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **”Consumabile ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)”**.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **372 000.00 (trei sute șaptezeci și două mii lei, 00 bani) lei MD.**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **446 400.00 (patru sute patruzeci și șase mii patru sute lei, 00 bani) lei MD.**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **”Endo-Chirurgie” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Pavel DUBALARI**

În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**

Ofertantul: **”Endo-Chirurgie” SRL**

Adresa poștală: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mășterul Manole, nr. 9.**

Data: **“30” martie 2021**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1616416339693/21037546							
Denumirea procedurii de achiziție: "Consumabile ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)"							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33100000-1	<p>Lot.1.1</p> <p>Oxigenator pentru ECMO compatibil cu "Cardiohelp" cu set standart de tubulatura</p>	<p>HLS Set Advanced 7.0 70106.9073</p>	<p>Germania</p>	<p>Getinge (Maquet)</p>	<p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 7,0 Durata lucrului - 30 zile Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml)-Până la 250 Volumul static al "priming"-ului setului de tubulatura nu mai mare (ml) - 600 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / m) -Nu mai mic de 400 Prelucrare membranelor cu heparin - Da</p>	<p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 7,0 Durata lucrului - 30 zile Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml)-Până la 250 Volumul static al "priming"-ului setului de tubulatura nu mai mare (ml) - 600 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / m) -Nu mai mic de 400 Prelucrare membranelor cu heparin - Da</p>	<p>CE/ISO</p>
33100000-1	<p>Lot.1.2</p> <p>Oxigenator pentru ECMO compatibil cu "Cardiohelp" cu set standart de tubulatura</p>	<p>HLS Set Advanced 5.0 70106.9076</p>	<p>Germania</p>	<p>Getinge (Maquet)</p>	<p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 5,0 Durata lucrului - 14 zile Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml)-Până la 250 Volumul static al "priming"-ului setului de tubulatura nu mai mare (ml) - 550 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / m) - Nu mai mic de 400 Prelucrare membranelor cu heparin - Da</p>	<p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 5,0 Durata lucrului -30 zile Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml)-Până la 250 Volumul static al "priming"-ului setului de tubulatura nu mai mare (ml) - 550 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / m) - Nu mai mic de 400 Prelucrare membranelor cu heparin - Da</p>	<p>CE/ISO</p>

33100000-1	Lot 2. Chit de inserție pentru canule venoase	PIK 150	Germania	Getinge (Maquet)	Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu, guidewire 0.035-180 cm, ac 18 Ga.	Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu, guidewire 0.038-150 cm, ac 18 Ga	CE/ISO
33100000-1	Lot 3. Chit de inserție pentru canule arteriale	PIK 100	Germania	Getinge (Maquet)	Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu, guidewire 0.035-100 cm, ac 18 Ga.	Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu, guidewire 0.038-100 cm, ac 18 Ga.	CE/ISO
33100000-1	Lot 4. Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS)	PAL 1923 PAL 1723	Germania	Getinge (Maquet)	19 Fr. - 2 buc. (23 cm) 17 Fr. - 1 buc. (23cm)	19 Fr. - 2 buc. (23 cm) 17 Fr. - 1 buc. (23cm)	CE/ISO
33100000-1	Lot 5. Canula venoasa pentru ECMO (HLS)	PVL 2355 PVL 2555 PVL 2955	Germania	Getinge (Maquet)	23 Fr (55 cm) -1 buc 25 Fr (55 cm) -1 buc 29 Fr (55 cm) -1 buc	23 Fr (55 cm) -1 buc 25 Fr (55 cm) -1 buc 29 Fr (55 cm) -1 buc	CE/ISO
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubalari Pavel** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult.**

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1616416339693/21037546**

Denumirea procedurii de achiziție: **”Consumabile ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)”**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lot 1.1 Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura	Buc.	1	100,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00		Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 1.2 Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura	Buc.	2	100,000.00	120,000.00	200,000.00	240,000.00		
33100000-1	Lot 2 Chit de inserție pentru canule venoase	Buc.	3	1,600.00	1,920.00	4,800.00	5,760.00		
33100000-1	Lot 3 Chit de inserție pentru canule arteriale	Buc.	3	1,600.00	1,920.00	4,800.00	5,760.00		
33100000-1	Lot 4 Canula arteriala femorală pentru ECMO (HLS)	Buc.	3	8,700.00	10,440.00	26,100.00	31,320.00		
33100000-1	Lot 5 Canula venoasa pentru ECMO (HLS)	Buc.	3	12,100.00	14,520.00	36,300.00	43,560.00		
	Total					372,000.00	446,400.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubalari Pavel** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult.**

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.**