

Specificații tehnice

		Specificații tehnice							
		Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1748427167894						Data: „__” _____ 20__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform IMSP beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 29)						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
3310000-0-1	51	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern	VL3S	China	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,LTD	Descriere Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginii pe un afișor extern mărime LCD extern ≥7" Troleu cu roțile și coș pentru suportul afișorului extern, inclusiv suport pentru videobronhoscop / videolaringoscop flexibil da Troleu să fie echipat cu minim 4 roțile dintre care cel puțin una cu frână da Cablu de interconexiune afișor LCD și dispozitiv da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumental / de aspirație Ø ≥ 2.7mm diametrul exterior distal Ø maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul extern să fie dotat cu butoane pentru setarea parametrilor da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da	Câmpul de vedere 100° - VL3S 2025 pag 3 Dispozitiv cu chip CMOS cu afișarea imaginii direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD=8" - VL3S 2025 pag 3 .Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern - da , Adâncimea câmpului vizual : 3mm - 50 mm.Diametru capului distal 5.8 mm. diametru canal instrumental / de aspirație Ø= 3mm - VL3S 2025 pag 3 Capacitate de flexiune sus 160°, jos 130°.Lungimea de lucru 650 mm.Ecran : LCD dimensiune 8".afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos -da , Conexiuni: posibilitatea conectare monitor extern de dimensiuni mari (HDMI).Frecvența cadrelor: minim 30 fps.Tip lumină : LED . Acumulator reincărcabil (minim 3h de lucru), Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare USB Flash 8Gb - da Încărcător sau sursă de alimentare pentru încărcarea acumulatorului de la 220V , Troleu cu roțile și coș pentru suportul afișorului extern, inclusiv suport pentru videobronhoscop / videolaringoscop flexibil da - hugemed vl3s-28 ro pag 3 accesorii , Troleu să fie echipat cu minim 4 roțile dintre care cel puțin una cu frână -da ,hugemed vl3s-28 ro pag 3 accesorii ,	VL3S 2025 pag 3 ,VL3S-Laryngoscop e-register pag 2 Manualul utilizatorului 66 Brosura VL3S-Laryngoscop emanual.pdf ,

3310000 0-1	52	Videobronho scop / videolaringo scop flexibil cu afișor LCD	Videobronho scop / videolaringo scop flexibil cu afișor LCD	VL3S	China	Shenzhen HugeMed Medical Technical Developme nt Co.,LTD	endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginii direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD $\geq 3,5"$ Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumental / de aspirație $\varnothing \geq 2.7\text{mm}$ diametrul exterior distal $\varnothing$ maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da	Câmpul de vedere 100° - VL3S 2025 pag 3 Dispozitiv cu chip CMOS cu afișarea imaginii direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD=3,5" - VL3S 2025 pag 3 .Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern - da , Adâncimea câmpului vizual : 3mm - 50 mm.Diametru capului distal 5.8 mm. diametru canal instrumental / de aspirație $\varnothing=3\text{mm}$ - VL3S 2025 pag 3 Capacitate de flexiune sus 160°, jos 130°.Lungimea de lucru 650 mm.Ecran : LCD dimensiune 3,5".afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos -da , Conexiuni: posibilitatea conectare monitor extern de dimensiuni mari (HDMI).Frecvența cadrelor: minim 30 fps.Tip lumină : LED . Acumulator reîncărcabil (minim 3h de lucru), Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare USB Flash 8Gb - da Încărcător sau sursă de alimentare pentru încărcarea acumulatorului de la 220V	VL3S 2025 pag 3VL3S- Laryngoscope-register pag 2 Manualul utilizatorului 66 Brosura VL3S- Laryngoscope manual.pdf, Brosura 66 Brosura VL3S- Laryngoscope , Brosura hugemed VL3S(set troleu pag 1)
----------------	----	--	--	------	-------	--	---	---	---

Semnat: _____

În calitate de: administrator

Numele, Prenumele: Andrei Timuș

		Ofertantul: "Global Premier Group" SRL			
		Adresa: str. Sergiu Radautanu 7, of. 130, mun. Chisinau			

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--
