

Specificații tehnice (F4.1)

Achiziții cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1611047043861					Data: „25” Ianuarie 2021		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: "Test Rapid Antigen Covid-19 "					Lot: _____		Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Test Rapid Antigen Covid-19	71110	SUA	LumiQuick	Ușor de folosit -Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56% -Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. -Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). - Echivalent NADAL COVID-19 Ag Test	Conform Broșurii și Instrucțiunii anexate.	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Oferantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9