

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1744114256699		din 14.05.2025				
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3	4	5	6	7
1	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)	EC-12H cu accesorii	Ungaria	Labtech Ltd	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270, Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația. Tip pacient adult, pediatric / Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu / Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz, Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu, lumină fundal opțional, Date ecran ora obligatoriu, statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu, Buton navigare meniu ≥1 Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu, tip baterie AA sau AAA, Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem, deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare, Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu, Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu, Analiza QT obligatoriu, Analiza PQ obligatoriu, Analiza PM obligatoriu Analiza aritmilor obligatoriu, Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu, Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu, Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu, Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu, Posibilitate printare raport obligatoriu Accesorii Cablu ECG ≥ 3 unități Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu. Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270, Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația. Tip pacient adult, pediatric / Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu / Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz, Da, 150Hz, pag.2 Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm Da, pag.2 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB, Da, 120dB, pag.2 Detectare pacemaker obligatoriu, Da, pag.4 Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz, da, 12 000Hz pentru toate canale, pag.2 Frecvența ajustabilă obligatoriu, Da, pag.2 Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit, Da, 16bit, pag.2 Ecran LCD obligatoriu, lumină fundal opțional, Date ecran ora obligatoriu, statut baterie obligatoriu Da, pag.1, 5 Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu, da, pag.52 Buton evenimente obligatoriu, Buton navigare meniu ≥1, Da, pag.1, 5 Blocarea automată a butoanelor obligatoriu, Da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT, Da, pag.2, Bluetooth Baterie reîncărcabilă obligatoriu, tip baterie AA sau AAA, Tip operare autonomă ≥ 72 ore, Da, 336ore, pag.2 Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem, deconectare alimentare da, pag.52 baterie descărcată, Da, pag.68 Posibilități soft PC de interpretare, Introducere date pacient obligatoriu, Da, pag.39 Adnotare eveniment ECG obligatoriu, Clasificarea de evenimente obligatoriu, da, pag.3-4 Analiza ST obligatoriu, Analiza QT obligatoriu, Analiza PQ obligatoriu, Analiza PM obligatoriu da, pag.3-4 Analiza aritmilor obligatoriu, Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu, Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu, Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu da, pag.61 si altele Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu, Raport presetabil de utilizator obligatoriu da, pag.61 si altele Interfața presetabilă utilizator obligatoriu, Posibilitate printare raport obligatoriu da, pag.61 si altele Accesorii Cablu ECG ≥ 3 unități, Da, inclus Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc. Da, incluse Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu. Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu. Da, incluse Vezi catalogul cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000221000	DM000221000	
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	HOSPI PLUS Aspirator 2x4L (28204)	Italia	Gima S.p.A.	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±5% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea" obligatoriu Suport cu roțile ≥ 4 roți Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg, Da, 675mmHg, pag.1 Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min, Da, 90 l/min, pag.1 Indicator vacuum da, eroarea ≥±5%, Da Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA, Da, 46.4 dBA, pag.1 Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu, Da, pag.1 Selector mecanic de vas obligatoriu, Da, pag.1 Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit), Da, pag.1 Capacitatea, L ≥ 4 L, Da, 4L, pag.1 Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu, Da, pag.1 Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" - , Da, este partea dispozitivului, pag.1 "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea" obligatoriu, Da, "Compartment for accessories", pag.1 Suport cu roțile ≥ 4 roți, Da, 4, pag.1 Roti cu frina da, ≥ 2 buc., Da, pag.1 (2 antistatic castors and 2 with brake) Miner pentru transportare obligatoriu, Da, "Carrying handle", pag.1 Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu, Da, pag.1 (Foot switch) "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" obligatoriu Da, "Compartment for accessories", pag.1 Filtru antibacterian 15 buc. Da, cod 28237, pag.2 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag.1 Vezi catalogul cu numarul lotului corespunzator.	DM000149380	

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
24	Scaun cu rotile pentru transportarea pacienților	CP300-50	Italia	Moretti s.p.a	Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor sa se poată deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor. Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici: Cadru construcție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Roți spate cauciuc, fără cameră inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotieră 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Adâncime ≥ 45 cm Lățimea totală ≥ 67 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm	Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor sa se poată deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor. Tip pacien adult, Da, pag.1 Mânere de transport Da, pag.1 Suprafață piele artificială sau nailon Da, pag.1 Tip de funcționare manual Da, pag.1 Utilizarea scaunului interior, exterior Da, pag.1 Caracteristici: Cadru construcțieoțel vopsit Da, pag.1 Mecanism de pliere rigid Da, pag.1 Role din față cauciuc, fără cameră Da, pag.1 Roți spate Da, pag.1 cauciuc, fără cameră Da, pag.1 inel autopropulsat din oțel vopsit Da, pag.1 Frâne pentru fiecare roată Da, pag.1 Suport cotieră1 pereche, tampon din PU Da, pag.1 Suport picioare1 pereche, detașabile Da, pag.1 Suprafață scaun pacient Adâncime≥ 45 cm, Da, 48 cm, pag.1 Lățimea totală ≥ 67 cm, Da, 73 cm, pag.1 Înălțimea totală ≥ 90 cm, Da, 92 cm, pag.1 Vezi catalogul cu numarul lotului corespuzator. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000200856	DM000200856

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str.**