

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21132333/ ocds-b3wdp1-MD-1702900222554 din 02.01.2024

Obiectul achiziției: Teste indicatoare 2024 (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Test-indicator 121°C - (15min.extern)	Type 6 Steam Chemical Indicator 121°C-15min.	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.	121°C(15 min.extern)	121°C(15 min.extern)	CE/ISO
2. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	Type 6 Steam Chemical Indicator 134°C 5 min.	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele sunt ambalate în pachet de polietilenă,este prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului	CE/ISO

				producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	
3. Test indicator 55°C - (externe)	Plasma Chemical Indicator	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.	55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. Notă: culoarea indicatorului după procedura de sterilizare să nu revină la culorea inițială. Calitatea testului să fie de clasa IV.	55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. Notă: culoarea indicatorului după procedura de sterilizare nu revine la culorea inițială. Calitatea testului este de clasa IV.	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General
Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL
Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71
Tel/Fax: +373 22 52-30-90
Email: medglobalfarm@mail.ru
Site: www.medglobalfarm.md