

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21355443 / ocds-b3wdp1-MD-1737989620444						Data: 17 FEBRUARIE 2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:		Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025							Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
3310000 0-1	1	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil	PeelAway INTRODUCER, ref.: 405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 5F-16F (5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16F), cu ghid hidrofil 0.038”; -prevazută cu ac puncție XTW de 18 ga., ghid introducător 3 mm cu capăt în J și 50 cm lungime, dilatător, seringă 12 cc; Brosura atasat.	DM000654847 DM000654848 DM000654849 DM000654850 DM000654853
3310000 0-1	2	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatică	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatică	PeelAway INTRODUCER, ref.: 405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”, conține valva siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilatător, diametru 6-10F.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 5F-16F (5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16F), cu ghid hidrofil 0.038”; -prevazută cu ac puncție XTW de 18 ga., ghid introducător 3 mm cu capăt în J și 50 cm lungime, dilatător, seringă 12 cc; Brosura atasat.	DM000654847 DM000654848 DM000654849 DM000654850 DM000654853
3310000 0-1	5	Teacă cu valvă hemostatică pentru puncție transseptală	Teacă cu valvă hemostatică pentru puncție transseptală	Swartz, ref.: 407449, 407439, 407451, 407453	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatică.(pentru hemostaza efectivă și risc minimal de embolie aeriană) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatură SL0 și SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducătorul, dilatătorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedură. Vârful distal de teacă și dilatător să fie cu marker radiopac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teacă să fie acomodată pentru acul de puncție cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8F, 8,5 F cu valva hemostatică, (pentru hemostaza efectivă și risc minimal de embolie aeriană) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatură SL0 și SL1; «Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducătorul, dilatătorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedură. Vârful distal de teacă și dilatător să fie cu marker radiopac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teacă acomodată pentru acul de puncție cu lungimea 71 cm. Brosura atasat.	declarație de conformitate
3310000 0-1	6	Sistem de livrare cateterului în sistemul de conducere	Sistem de livrare cateterului în sistemul de conducere	CPS 3D Locator, DS2C029	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Sistem de livrare cateterului în sistemul de conducere se fie constituit din cateter de ghidare cu diametru intern - între 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 39-55 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatător pentru ghid și slitter (pentru înlăturarea ghidului).	Sistem de livrare cateterului în sistemul de conducere se fie constituit din cateter de ghidare cu diametru intern - 8F, diametru extern - 9F, lungimea totală – 45,7cm, material PEBAX, marker radiopac; accesorii: dilatător pentru ghid și slitter/2 valve bypass tootls.	DM000513025

3310000 0-1	7	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	Endurity MRI, ref.: PM2172 + electrod Tendril™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + 2088TC/58 sau 2088TC/65	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comod un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatorilor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.	Electrocardiostimulator Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare minim 9,7 ani. Electrocardiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul ST. Jude Medical. Dimensiunea electrodului la cerinta specialistului. - Capacitate de confirmare a capturii ventriculare „beat-by-beat” - Functie de stimulare la o frecventa redusa in timpul somnului, pe baza de senzor cu accelerometru - Capacitate de inregistrare pana la 14 min a electrogramelor intracavitare. Brosura atasat.	DM000307931 DM000654904/DM0 00654903
3310000 0-1	8	Cardiostimulator- cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	Cardiostimulator- cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare	Quadra Assura, ref.: CD3367-40QC + 2088TC/52 sau 2088TC/58 + Quartet™: 1458Q + DURATA™: 7122Q/58 sau 7122Q/65 + CPS Direct: DS2C020 si DS2C019 sau DS2C020 + DS2N027 si DS2N026 sau DS2N028 + TD2602N + GUIDEWIRE -: 4078G (tip DF-4) CD3367-40C + 2088TC/58 sau 2088TC/65 + 1458Q + DURATA™: 7122/58 sau 7122/65+ DS2C020 si DS2C019 sau DS2C020 + DS2N027 si DS2N026 sau DS2N028 + TD2602N + GUIDEWIRE -: 4078G (tip DF-1)	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si preventie mortii subite) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional).	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip – electrod ventricular VR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 10,3 ani, electrod ventricular de socare lungimea 58 sau 65, diametru 7F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensoare, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare 40 Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. - Posibilitatea de a livra stimulare antitahicardica inainte si pe durata incarcarii inainte de livrarea socului pentru evenimentele detectate in zona de fibrilatie ventriculara (FVT via VF). - Sistem de monitorizare a pacientului cu alerte configurabile prin vibratie; - Posibilitatea programarii duratei impulsului bifazic in terapia de defibrilare. Brosura atasata.	DM000654903/DM0 00654916 DM000307917 DM000513017 DM000513016 DM000307916

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;