

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752239315624 din 18 iul 2025, 9:24 - 21 iul 2025, 9:24

Obiectul achiziției: Consumabile medicale si utilaj

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
21	3310000 0-1	Lot 21 Microscop binocular	BS.1152 EPLi	Olanda	Euromex	Tip optic: Sistem optic cu corecție în plan infinit (infinity-corrected). Obiective: 4x/0.10 10x/0.25 40x/0.65 100x/1.25 (cu imersiune în ulei) Oculare: HWF 10x/20 mm (diametru 23.2 mm). Câmp vizual: 20 mm. Contrast: Tehnică de câmp luminos (brightfield). Cap: Binocular, tip Siedentopf, rotativ la 360°, înclinat la 30°. Distanța interpupilară: Ajustabilă între 48 și 76 mm. Dioptric: Reglare ±5 pe ocularul stâng. Platina: Mecanică, fără șine vizibile, dimensiuni 131 x 152 mm, mișcare X-Y de 77 x 36 mm. Revolver: Quintuple (5 poziții), cu rulmenți cu bile, inversat. *Sau echivalent	Model: BS.1152 EPLi, Euromex, Olanda Tip optic: Sistem optic cu corecție în plan infinit (infinity-corrected). Obiective: 4x/0.10 10x/0.25 40x/0.65 100x/1.25 (cu imersiune în ulei) Oculare: HWF 10x/20 mm (diametru 23.2 mm). Câmp vizual: 20 mm. Contrast: Tehnică de câmp luminos (brightfield). Cap: Binocular, tip Siedentopf, rotativ la 360°, înclinat la 30°. Distanța interpupilară: Ajustabilă între 48 și 76 mm. Dioptric: Reglare ±5 pe ocularul stâng. Platina: Mecanică, fără șine vizibile, dimensiuni 131 x 152 mm, mișcare X-Y de 77 x 36 mm. Revolver: Quintuple (5 poziții), cu rulmenți cu bile, inversat.	CE/ISO
22	3310000 0-1	Lot 22 Centrifugă de laborator	BKC-TL5VII + Rotor N2	China	Biobase	Capacitatea -24 locuri(eprubeta 10 ml) Viteza de centrifugare- 2000-5000 rpm Prevăzut cu timer	Capacitatea -24 locuri(eprubeta 10 ml) Viteza de centrifugare- 0-5000	CE/ISO

						Rotor orizontal (în timpul centrifugării tuburile sunt în poziție orizontală , sedimentarea făcînduse în partea inferioară a tuburilot)	rpm Prevăzut cu timer Rotor sub unghi  24*10ml	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**