

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21061149				Data: „15” septembrie 2022		nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	M000204	Austria	EXIAS	<p>Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Singe integru da Tip analize Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni</p>	<p>Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. - da Parametrul Specificația Tip probă Ser - da Urină - da, se poate face din urina nediluata, direct. Mareste precizia Plasmă - da Singe integru - da, se poate din tuburi si din capilare heparinate (li) Tip analize Na - da K - da Cl - da Spălare automată - da, spalare si calibrare automata, fara folosire teste, sau consumabile suplimentare. Display LCD sau LED - da, cu tuch screen Printer - da Data management - da, plus curba LJ Interfața PC - da Reagenți - Toti reagentii pentru cantitatea de teste declarata sunt inclusi. piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" pentru 1200 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării 10 luni.</p>