



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

| |
|--|
| Numarul procedurii de achizitie: 21277730 din 16.10.2024 |
| Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință / Nr. de înregistrare în RS al DM |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|
| Lot 6 | | | | | |
| Fotoliu multifuncțional ORL | Otoconcept cu 4 motoare | Italia Medi-Care Solutions SRL | 1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți). 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional. | 1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți). – DA 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. – DA, cu 4 motoare 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. – DA, pag. 1 Datasheet 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. – DA, pag. 1 Datasheet 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional. – DA, pag. 1 Datasheet (imagine) | DM000651877 |

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență.</p> <p>8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală.</p> <p>9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bazin 0-10°.</p> <p>10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg.</p> <p>11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului;</p> <p>12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție.</p> <p>13. Cu manipulare motorizată minim la segmentele spate, picioare.</p> <p>14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea $60\text{cm} \pm 6\text{ cm}$, poziția maximală față de podea $90\text{ cm} \pm 5\text{ cm}$.</p> <p>15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului.</p> <p>16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° .</p> <p>17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare.</p> <p>18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° .</p> <p>19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180° .</p> <p>20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 180 cm.</p> <p>21. Tensiunea de alimentare 220V-240V.</p> <p>22. Masa maximă a pacientului $\geq 150\text{ kg}$.</p> | <p>6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. – DA, pag. 1 Datasheet</p> <p>8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. – DA, pag. 1 Datasheet / pag. Catalog</p> <p>9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bazin 0-10°. – DA, pag. Catalog</p> <p>10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. – DA, pag. 1 Datasheet</p> <p>11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; – DA, pag. 1 Datasheet</p> <p>12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție. – DA, 180° + 180° pag. 1 Datasheet</p> <p>13. Cu manipulare motorizată minim la segmentele spate, picioare. – DA, 4 motoare/4 segmente</p> <p>14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea $60\text{cm} \pm 6\text{ cm}$, poziția maximală față de podea $90\text{ cm} \pm 5\text{ cm}$. – DA, pag. Catalog</p> <p>15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. – DA, opțiune inclusă 4 poziții</p> <p>16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° . – DA, pag. Catalog</p> <p>17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. – DA, pag. 1 Datasheet (imagine)</p> <p>18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° . – DA, pag. Catalog</p> | |
|--|--|---|--|--|

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comercială Română Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---|---|-------------|
| | | | | 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180 °. – DA, pag. Catalog 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 180 cm. – DA, pag. Catalog 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. – DA, pag. Catalog 22. Masa maximă a pacientului \geq 150 kg. – DA, pag. Catalog | |
| Lot 13 | | | | | |
| Electrocoagulator | Surtron 300 HP | Italia LED SpA | Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Minim un canal de ieșire ce asigură conectarea piese de mana monopolar și bipolar sau doua canale separate pentru fiecare Comutator de mână – Da Comutator de picior – Da Moduri de lucru: Tăiere monopolară, coagulare monopolară, coagulare bipolară Puterea minim 100 W pentru cele 3 moduri de lucru solicitate Ajustare putere 0-100 W cu vizualizare afișare putere setată Regimuri de coagulare minim necesar : Coagulare moderată, Coagulare forțată. Regimuri de tăiere minim necesar : Tăiere cu hemostază și fără hemostază sau Tăiere auto. Funcția de autotestare – Da; Indicatoare: Acustic și Vizual Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF Garanție minim 24 luni. | Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz – DA, pag. 1 Datasheet Minim un canal de ieșire ce asigură conectarea piese de mana monopolar și bipolar sau doua canale separate pentru fiecare – DA, pag. 1 Datasheet Comutator de mână – DA, pag. 1 Datasheet Comutator de picior – DA, pag. 1 Datasheet Moduri de lucru: Tăiere monopolară, coagulare monopolară, coagulare bipolară – DA, pag. 1 Datasheet Puterea minim 100 W pentru cele 3 moduri de lucru solicitate – DA, pag. 1 Datasheet Ajustare putere 0-100 W cu vizualizare afișare putere setată – DA, pag. 1 Datasheet Regimuri de coagulare minim necesar : Coagulare moderată, Coagulare forțată. – DA, pag. 1 Datasheet Regimuri de tăiere minim necesar : Tăiere cu hemostază și fără hemostază sau Tăiere auto. – DA, pag. 1 Datasheet Funcția de autotestare – DA, pag. 1 Datasheet | DM000577897 |

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comercială Română Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>"Accesorii livrate:</p> <p>a. Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc.</p> <p>b. Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc.</p> <p>c. Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc.</p> <p>d. Cablu pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu adaptor sau conector „european flat plug” - 2 buc.</p> <p>e. Electrode neutru din cauciuc autoclavabil, cu lungimea cablului de minim 3 metri, cu sau fără cablu interconectare, cu adaptor sau conector de tip BOWA/Erbe ICC/Valleylab NON-REM/Conmed -2 buc.</p> <p>f. Piesă de mână autoclavabilă, lungimea cablului conector minim 4m, pentru electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, tip BOWA/Erbe International/Valleylab/Conmed – 3 buc.</p> <p>g. Prelungitor autoclavabil pentru electrozi , cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm – 2 buc.</p> <p>h. Set vârfuri electrozi variați pentru electrod cu pin conectori de diametru 4 mm, care să includă obligatoriu vârf bilă drept, vârf cuțit drept și vârf spatulă drept - 1 set</p> <p>i. Trolu cu minim 4 roti, 2 blocabile, cu poliță adițională pentru păstrarea accesoriilor-1 buc.</p> | <p>Indicatoare: Acustic si Vizual – DA, pag. 1 Datasheet</p> <p>Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF</p> <p>Garanție minim 24 luni. – DA, pag. 1 Datasheet</p> <p>"Accesorii livrate:</p> <p>a. Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. – DA, inclus</p> <p>b. Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. – DA, inclus</p> <p>c. Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. – DA, inclus</p> <p>d. Cablu pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu adaptor sau conector „european flat plug” - 2 buc. – DA, inclus</p> <p>e. Electrode neutru din cauciuc autoclavabil, cu lungimea cablului de minim 3 metri, cu sau fără cablu interconectare, cu adaptor sau conector de tip BOWA/Erbe ICC/Valleylab NON-REM/Conmed -2 buc. – DA, inclus</p> <p>f. Piesă de mână autoclavabilă, lungimea cablului conector minim 4m, pentru electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, tip BOWA/Erbe International/Valleylab/Conmed – 3 buc. – DA, inclus</p> <p>g. Prelungitor autoclavabil pentru electrozi , cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm – 2 buc. – DA, inclus</p> <p>h. Set vârfuri electrozi variați pentru electrod cu pin conectori de diametru 4 mm, care să includă</p> | |
|--|--|---|---|--|

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN0000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--|---|-------------|
| | | | Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. " | obligatoriu vârf bilă drept, vârf cuțit drept și vârf spatulă drept - 1 set – DA, inclus i. Troliu cu minim 4 roți, 2 blocabile, cu poliță adițională pentru păstrarea accesoriilor-1 buc. Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. " – DA, inclus | |
| Lot 22 | | | | | |
| Lampă de examinare | ALFA-FLEX | Italia Rimsa | Alimentarea cu curent alternativ : 220V, 50Hz.(lungimea cablului minim 3 m sau un prelungitor minim 3 m cu priză mobilă, totul în culoarea cablului de alimentare) Temperatura culorii: 4.000 - 5.500 K (reglarea ar fi un avantaj). Indexul de culoare (Ra) minim 94 % Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm: minim 40 000 lux (reglarea ar fi un avantaj). Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 12 cm Tehnologia de iluminare: LED. Timpul de viață a LED-urilor: \geq 30.000 h. Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe vertical: 90-130 cm (diapazon minim necesar). Braț flexibil ușor lavabil: minim 60 cm Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da. | Alimentarea cu curent alternativ : 220V, 50Hz.(lungimea cablului minim 3 m sau un prelungitor minim 3 m cu priză mobilă, totul în culoarea cablului de alimentare) – DA Temperatura culorii - 4.500 K, pag. 1 Data sheet Indexul de culoare (Ra) minim 94 % - DA, pag. 1 Data sheet Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm: 60 000 lux, pag. 1 Data sheet Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 12 cm - DA, pag. 1 Data sheet Tehnologia de iluminare: LED. - DA, pag. 1 Data sheet Timpul de viață a LED-urilor: - 60.000 h. Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe vertical: 90-130 cm (diapazon minim necesar). - DA, pag. 1 Data sheet Braț flexibil ușor lavabil: 60 cm Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: - DA, 5 roți, pag. 1 Data sheet | DM000450260 |
| Lot 27 | | | | | |
| Lampă scialitică cu doi sateliți cu sistem | Starled3 NX + Starled3 NX + | Italia ACEM SpA | Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. | Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: | |

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| <p>opțional de telemedicină</p> | <p>ETW variable color temperature</p> | <p>fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. o Tehnologia “Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul oferat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător sau în broșură o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lămpile Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz sau prin adaptor de alimentare. o Iluminare de tip LED. o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: lampa 1 - minim 160.000 lux ± 10.000 lux, lampa 2 - minim 130.000 lux ± 10.000 lux. o Temperatura culorii diapazon minim 3800 - 4700K, reglabilă o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final</p> | <p>o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. – DA, conform Broșură fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. – DA, conform Broșură o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral – DA, conform pag. Manual o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. – DA, conform pag. Manual Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. – DA, conform pag. Manual o Tehnologia “Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. – DA, conform Broșură o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul oferat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător sau în broșură – DA, conform Broșură / Declarație producător o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lămpile Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. – DA, conform Broșură o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz sau prin adaptor de alimentare. – DA, conform Broșură o Iluminare de tip LED. – DA, conform Broșură o Durata medie de viață : 60,000 ore, conform Broșură o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: lampa 1 - 160.000 lux, lampa 2 - 160.000 lux</p> | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>o Indicele de redare a culorilor, $Ra \geq 95$ o Index $R9 \geq 90$. Dimensiunea câmpului luminos: minim 24 - 30 cm. o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil pentru fiecare lampă : 4 buc . Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi in incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala.</p> | <p>o Temperatura culorii diapazon minim 3800 - 4700K, reglabilă – DA, opțiune ETW o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final – DA, conform Broșură o Indicele de redare a culorilor, $Ra \geq 95$ – DA, conform Broșură o Index $R9 \geq 90$. – DA, conform Broșură Dimensiunea câmpului luminos: 24 - 33 cm., conform Broșură o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. – DA, conform Broșură o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil pentru fiecare lampă : 4 buc . – DA Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. – DA</p> | |
|--|--|---|--|--|

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

| |
|---|
| Numarul procedurii de achizitie: 21276116 din 16.10.2024 |
| Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 22) |

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|--------------|---------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33100000-1 | 6 | Fotoliu multifuncțional ORL | Buc. | 1 | 106.800,00 | 128.160,00 | 106.800,00 | 128.160,00 | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Conform SIA RSAP |
| | 13 | Electrocoagulator | Buc. | 2 | 105.760,00 | 126.912,00 | 211.520,00 | 253.824,00 | | |
| | 22 | Lampă de examinare | Buc. | 4 | 11.900,00 | 14.280,00 | 47.600,00 | 57.120,00 | | |
| | 27 | Lampă scialitică cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină | Buc. | 2 | 229.000,00 | 274.800,00 | 458.000,00 | 549.600,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 823.920,00 | 988.704,00 | | |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.