

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747658012861

Data: „19” iunie 2025

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1	2	Autoclav 26-40L	Autoclav 26-40L	SEA-29L-D-LED-USB	China	Runyes Medical Instrument Co., Ltd.	Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. ParametrulSpecificația Clasa autoclavuluiClasa B Construcția interioarăcâmera de sterilizare din oțel inox Exteriormetalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzireobligatoriu Securitate la suprapresiuneobligatoriu Alarמעאustică vizuală Durata sterilizării reglabilăobligatoriu ControlMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizareobligatoriu Suprafața exterioara să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru doritobligatoriu Imprimantăobligatoriu Afișajălfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuumobligatoriu Pre și post vacuumselectabil Sistem de uscareobligatoriu Facilități de setarețimp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tăvi Regimuri de sterilizareminim 4 regimuri Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date: data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apămin. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Da. OM & TM Small Steam Sterilizers ParametrulSpecificația Clasa autoclavuluiClasa B Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Construcția interioarăcâmera de sterilizare din oțel inox Da. 304 Stainless Exteriormetalic galvanizat . Da Securitate la supraîncălzire Da. OM & TM Small Steam Sterilizers Securitate la suprapresiune Da. OM & TM Small Steam Sterilizers Alarמעאustică vizuală Da. OM & TM Small Steam Sterilizers Durata sterilizării reglabilă Da. OM & TM Small Steam Sterilizers. pag. 8 Control Microprocesor Da. OM & TM Small Steam Sterilizers Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Da. OM & TM Small Steam Sterilizers Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare DA Suprafața exterioara să nu se încălzească DA Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit DA Imprimantă DA Afișajălfanumeric Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 4 pagina 7 Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă DA Ciclu de vacuum DA Pre și post vacuumselectabil DA Sistem de uscare DA Facilități de setarețimp DA temperatura DA eliberare automată a vaporilor DA imprimare a rezultatelor DA răcire rapidă DA Volum interior 29 litri. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Precizie timp de sterilizare 1 min DA Rafturi da, 4 tăvi DA Regimuri de sterilizare7 regimuri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.1 pagina 12 Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 1.4 pagina 2 Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C DA Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Înregistrator date DA Tip date: data DA timp DA temperatura DA presiune DA Capacitatea rezervorului de apă10 Litri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Alimentare 220V, 50 Hz DA, OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 8.5 pagina 19

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Alternativa nr.:

Pagina: __din __

standarde de referință
CE,ISO