

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1655998693868					Data: „11” iulie 2022		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)					Lot: _____		Pagina: __dîn __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	3	Lot nr.3 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Lot nr.3 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Low Flux Hollow Fiber Hemodialyzer OCI-HD130L	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră; Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min; 1 ureea ≥ 185; 2 creatinina ≥ 172; 3 fosfați ≥ 135;4 vitamina B-12 ≥ 75	Caracteristici tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 m². <u>Caracteristici generale</u> Certificare Internațională (CE) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu γ Membrană complet sintetică Coeficientul de UF 12 ml/oră; Volumul de umplere 80 ml <u>Caracteristici specifice</u> № Clearance Unitate măsură ml/min; 1 ureea ≥ 185; 2 creatinina ≥ 172; 3 fosfați ≥ 135;4 vitamina B-12 ≥ 75	CE, ISO 13485
33100 000-1	6	Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	ARES Double Lumen Hemodialysis Catheter Kits Ref. Code HCT10033	Turcia	ARES MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Caracteristici tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) <u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17 G 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,038" x 700 mm Dilatator 10F + 12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min Seringa 10ml Bisturiu Plasture 4cmx4cm Căpăcele - 2 bucăți	CE, ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____