

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în

**Numărul licitației:** ocds-b3wdp1-MD-1548676439476

Data: „20” februarie 2019

Alternativa nr.: \_\_\_\_\_

**Denumirea licitației:** Servicii de mentenanta a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2019

Lot: 1

Pagina: 1 din 1

<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>Lotul 1 Aparate de laborator.</b>			
50400000-9	1.1	Analizator biochimic semiautomat stardust mc-15	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	
50400000-9	1.2	Analizator hematologic abacus junior - 30	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Savca Octavian

În calitate de: Director General

Ofertantul: Vipromed Service SRL

Adresa: mun.Chișinău, str. Uzinelor 90