

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**  
**pentru IMSP Institutul de Medicină Urgența**

<b>Nr.Licitației:</b> ocds-b3wdp1-MD-1616494059273 / 21037590	<b>Data:</b> 14 aprilie 2021	Alternativa:
<b>Denumirea Licitației:</b> Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2021	Lot: 4, 5, 6, 9, 10	Pagina __ din __

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	50421000-2	4.Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	KX-21N	Sysmex	Japonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.)</li> <li>– Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră.</li> <li>– Curățați supapa rotorului (SRV) ța va eșantion.</li> <li>• Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele)</li> <li>– Curățați camera de deșeuri (clătire secvență).</li> <li>– Curățați traductorul (clătire secvență).</li> <li>• Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe)</li> <li>– Curățați supapa rotorului eșantion (SRV).</li> <li>• Întreținere de necesități</li> <li>– Auto Clățiți</li> <li>– Curățați Cupa clătire.</li> <li>– WBC / RBC Clean traductor deschidere.</li> <li>– Înlocuiți rezervorul de deșeuri</li> </ul>	Conform condițiilor licitației	ISO
5	50421000-2	5.Analizator imunoenzimatic Elisis UNO	Elisis UNO	Human	Germania	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>–Curațarea părților de lucru;</li> <li>–Calibrarea dispozitivului;</li> <li>–Curațarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>–Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>–Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>–Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>–Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul>	Conform condițiilor licitației	ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	50421000-2	6.Analizator ABL800 Flex	ABL800 Flex	Radiometer	Danemarca	<p>Mentenanța preventivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•testarea pCO2,pO2, electrolit si electrod</li> <li>•înlocuire șaiabă de intrare</li> <li>• verificare nivelul în calomel si electrod</li> </ul> <p>Mentenanța trimestrială:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umplere din nou calomelul si electrodul</li> <li>• înlocuire ventilatorul cu tot cu filtru</li> </ul> <p>Mentenanța simestrială :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuire tuburi de la pompă</li> </ul> <p>Cînd este necesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuire Soluție (1) și (5)</li> <li>• înlocuire container recipient</li> <li>• curățare camera de măsură</li> <li>• înlocuire electrod (dupa manual)</li> <li>• înlocuire printer cu hirtie</li> <li>• înlocuire cilindru CO2</li> <li>• îndeplinire decontaminării</li> <li>• curățarea acoperirii frontale</li> </ul>	Conform condițiilor licitației	ISO
9	50421000-2	9.Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2	1008E2	Matachana	Spania	<p>–Verificarea sistemii de asigurare cu detergenți, curățarea gmiturilor</p> <p>– Verificarea sistemii de purificare a apei</p> <p>– Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare</p> <p>– Curățarea și lubrifierea părților mecanice</p> <p>– Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă</p> <p>– Curățarea rezervorului de apă</p> <p>– Verificarea funcționalității printerului</p> <p>– Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice</p> <p>– Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui</p> <p>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program</p> <p>–Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</p>	Conform condițiilor licitației	ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	50421000-2	10.Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521XLS	MAT LD521XLS	Matachana	Spania	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verificarea sistemii de asigurare cu detergenți, curățarea grinzilor</li> <li>- Verificarea sistemii de purificare a apei</li> <li>- Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare</li> <li>- Curățarea și lubrifierea părților mecanice</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă</li> <li>- Curățarea rezervorului de apă</li> <li>- Verificarea funcționalității printerului</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice</li> <li>- Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui</li> <li>- Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program</li> <li>-Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> </ul>	Conform condițiilor licitației	ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: \_\_\_\_\_

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**