

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1627999616349						Data: 03.09.2021		
Denumirea licitației: <i>Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție</i>						Lot:12,21	Pagina: _1_ din 4	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	12	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	Lamp model ALFA-FLEX + Caster Base RLAF	Italia	Rimsa	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. DA Dimensiunea câmpului luminos = 120 mm DA Temperatura culorii 4000 - 5500 K DA Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) DA, Suport Acoperire anticorozivă reglabilă pe verticală da Baza cu strat anticoroziv DA Tehnologie de iluminat bazată pe tehnologia LED DA Durata de viață a LED-ului 60.000 ore Braț flexibil da DA Nivel de iluminare la distanță de 50 cm = 60.000 lux Mobil pe suport cu 5 roți -DA	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

33100000-1	21	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus	AnyView A8	China	Biolight	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus 1 Tip pacient: Adult, Pediatric. 2 Ecran color, touchscreen min. 12 inch 3 Protectie antistralucire a ecranului 4 Posibilitatea de reglare a nivelelor de iluminare 5 Rezolutia min. 1280 x 720 6 Unghi de vizualizare: 170 grade 7 Modul NIBP: 7.1 Metoda: oscilometrica 7.2 Moduri: Auto, Manual, STAT 7.3 Frecventa pulsului: 40-220 bpm 7.4 Rezolutie presiune: 40-250 mmHg 7.5 Acuratetea puls: ± 3 bpm 7.6 Acuratetea presiune: ± 3 mmHg 7.7 Protectie la suprapresiune pentru toate tipurile de pacienti 8 Modul SpO2: 8.1 Tehnologia: Masimo 8.2 Diapazonul de măsurare: 70-100% 8.3 Rezolutia: 1 % 8.4 Acuratetea: ± 2 % 8.5 Frecventa pulsului: 25-300 bpm 8.6 Acuratetea puls: ± 2 bpm 9 Modul ECG: 9.1 Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi 9.2 Amplituda selectabila: 1,25 mm/mV; 2,5 mm/mV ; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV 9.3 Viteza selectabila: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s 9.4 Frecventa pulsului pacient Adult: 15-300 bpm 10 Respiratia: 10.1 Metoda: impedanta toracica 10.2 Diapazonul de masurare: 0-150 rpm 10.3 Acuratetea: ± 2 rpm 11 Temperatura: 11.1 Numarul de canale: 2 11.2 Diapazonul de masurare: 30 - 42 °C 11.3 Acuratetea: $\pm 0,1$ °C 12 Modul EtCO2: 12.1 Tehnologia: Masimo 12.2 Tip: Sidestream 12.3 Diapazonul de masurare: 0-99 mmHg 12.4 Timpul de raspuns: < 1 sec 12.5 Depistare respiratie 12.6 Diapazonul de masurare respiratie: 0-150 rpm	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus 1 Tip pacient: Adult, Pediatric. -da 2 Ecran color, touchscreen min. 12 inch -da 3 Protectie antistralucire a ecranului -da 4 Posibilitatea de reglare a nivelelor de iluminare -da 5 Rezolutia min. 1280 x 720 -da 6 Unghi de vizualizare: 170 grade -da 7 Modul NIBP: -da 7.1 Metoda: oscilometrica -da 7.2 Moduri: Auto, Manual, STAT -da 7.3 Frecventa pulsului: 40-220 bpm -da 7.4 Rezolutie presiune: 40-250 mmHg -da 7.5 Acuratetea puls: ± 3 bpm -da 7.6 Acuratetea presiune: ± 3 mmHg -da 7.7 Protectie la suprapresiune pentru toate tipurile de pacienti -da 8 Modul SpO2: -da 8.1 Tehnologia: Masimo -da 8.2 Diapazonul de măsurare: 70-100% -da 8.3 Rezolutia: 1 % -da 8.4 Acuratetea: ± 2 % -da 8.5 Frecventa pulsului: 25-300 bpm -da 8.6 Acuratetea puls: ± 2 bpm -da 9 Modul ECG: 9.1 Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi -da 9.2 Amplituda selectabila: 1,25 mm/mV; 2,5 mm/mV ; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV -da 9.3 Viteza selectabila: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s -da 9.4 Frecventa pulsului pacient Adult: 15-300 bpm -da 10 Respiratia: 10.1 Metoda: impedanta toracica -da 10.2 Diapazonul de masurare: 0-150 rpm -da 10.3 Acuratetea: ± 2 rpm -da 11 Temperatura: 11.1 Numarul de canale: 2 -da 11.2 Diapazonul de masurare: 30 - 42 °C -da 11.3 Acuratetea: $\pm 0,1$ °C -da 12 Modul EtCO2: 12.1 Tehnologia: Masimo -da 12.2 Tip: Sidestream -da 12.3 Diapazonul de masurare: 0-99 mmHg -da 12.4 Timpul de raspuns: < 1 sec -da 12.5 Depistare respiratie -da 12.6 Diapazonul de masurare respiratie: 0-150 rpm -da 13 Modul gaze anestezice:	ISO CE
------------	----	--	------------	-------	----------	--	---	--------

Specificații tehnice (F4.1)

					13 Modul gaze anesteze: 13.1 Tehnologie: Masimo 13.2 Gaze măsurate: 13.2.1 CO2: 0-15 % 13.2.2 O2: 0-100% 13.2.3 N2O: 0-100% 13.2.4 DES: 0-22% 13.2.5 ISO: 0-8% 13.2.6 ENF: 0-8% 13.2.7 HAL: 0-8% 13.2.8 SEV: 0-10% 13.3 Rata de respirație: 0-150 rpm 13.4 Afisare valoarea MAC 14 Memorie internă: 14.1 Min. 400 ore de înregistrare 14.2 Min. 3500 setări 14.3 Min. 100 alarme 15 Alarme: 15.1 Sonore și vizuale 15.2 Indicator luminous alarme cu vizualizarea la 360 grade 16 Imprimantă integrată: 16.1 Viteza de imprimare: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 16.2 Posibilitatea de imprimare a min. 3 unde grafice 16.3 Printare: în timp real, alarme, calcul, unde grafice 17 Conexiuni: 17.1 LAN 17.2 Wifi 17.3 HDMI sau tehnologie analogică 17.4 USB 17.5 Alarma asistentă 17.6 Posibilitatea de conectare la stația de vizualizare centrală prin WIFI 18 Alimentare: 18.1 Tensiune 220V 50Hz 18.2 Baterie internă min. 4 ore autonomie 19 Accesorii și consumabile: 19.1 Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. 19.2 Electrozi ECG adult, unică utilizare 200 pcs. 19.3 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Adult - 2 buc. 19.4 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Padiatric - 1 buc. 19.5 Senzor Temperatură reutilizabil - 1 buc. 19.6 Furtun NIBP - 1 buc. 19.7 Manseta pentru NIBP , Adult - 4 buc. (1-	13.1 Tehnologie: Masimo -da 13.2 Gaze măsurate: 13.2.1 CO2: 0-15 % -da 13.2.2 O2: 0-100% -da 13.2.3 N2O: 0-100% -da 13.2.4 DES: 0-22% -da 13.2.5 ISO: 0-8% -da 13.2.6 ENF: 0-8% -da 13.2.7 HAL: 0-8% -da 13.2.8 SEV: 0-10% -da 13.3 Rata de respirație: 0-150 rpm -da 13.4 Afisare valoarea MAC -da 14 Memorie internă: 14.1 Min. 400 ore de înregistrare -da 14.2 Min. 3500 setări -da 14.3 Min. 100 alarme -da 15 Alarme: 15.1 Sonore și vizuale -da 15.2 Indicator luminous alarme cu vizualizarea la 360 grade -da 16 Imprimantă integrată: 16.1 Viteza de imprimare: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s -da 16.2 Posibilitatea de imprimare a min. 3 unde grafice -da 16.3 Printare: în timp real, alarme, calcul, unde grafice -da 17 Conexiuni: 17.1 LAN -da 17.2 Wifi -da 17.3 HDMI -da 17.4 USB -da 17.5 Alarma asistentă -da 17.6 Posibilitatea de conectare la stația de vizualizare centrală prin WIFI -da 18 Alimentare: 18.1 Tensiune 220V 50Hz -da 18.2 Baterie internă min. 4 ore autonomie -da 19 Accesorii și consumabile: 19.1 Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. -da 19.2 Electrozi ECG adult, unică utilizare 200 pcs. -da 19.3 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Adult - 2 buc. -da 19.4 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Padiatric - 1 buc. -da 19.5 Senzor Temperatură reutilizabil - 1 buc. -da 19.6 Furtun NIBP - 1 buc. -da 19.7 Manseta pentru NIBP , Adult - 4 buc. (1-small, 1-medium, 1-large, 1- extralarge. -da 19.8 Manseta pentru NIBP , Padiatric - 1 buc. -da	
--	--	--	--	--	--	---	--

Specificații tehnice (F4.1)

					small, 1-medium, 1-large, 1- extralarge. 19.8 Manseta pentru NIBP , Pediatric - 1 buc. 19.9 Hartie pentru imprimanta – 20 buc. 19.10 Kit pentru conectarea modulului de gazo-analizare la conturul de ventilare a pacientului - pentru 450 de operatii/interventii 19.11 Suport pentru fixarea monitorului pe bratul existent al masinei de anestezie Livrare si instalare conform necesitatilor beneficiarului Instruire utilizatori privind utilizarea corecta a dispozitivelor Instruire bioingineri privind mentenanta si reparatia dispozitivului Garantie : minim 24 luni Ghid rapid de utilizare in limba de stat, laminat. Manual de utilizare (in limba de stat). Manual de service .	19.9 Hartie pentru imprimanta – 20 buc. -da 19.10 Kit pentru conectarea modulului de gazo-analizare la conturul de ventilare a pacientului - pentru 450 de operatii/interventii -da 19.11 Suport pentru fixarea monitorului pe bratul existent al masinei de anestezie -da Livrare si instalare conform necesitatilor beneficiarului -da Instruire utilizatori privind utilizarea corecta a dispozitivelor -da Instruire bioingineri privind mentenanta si reparatia dispozitivului -da Garantie : minim 24 luni -da Ghid rapid de utilizare in limba de stat, laminat. -da Manual de utilizare (in limba de stat). -da Manual de service . -da	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6