

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de Utilaj complementar de laborator

prin procedura de achiziție COP

33100000-1

1. Denumirea autorității contractante: **I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar**
2. IDNO: **1005600030818**
3. Adresa: **MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. Numărul de telefon/fax: **022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **crdv@ansa.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	LOT 1 Lăptop	Buc.	2	Intel Core i3- i5-5200U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) 4 GB DDR3L SDRAM; 500 GB 7200 rpm Hard Drive Fingerprint Reader, Intel 3160 AC + BT 4.0 14-Inch Screen, Intel HD Graphics 5500 6-cell battery, 9-hour battery life Soft pentru validarea și interpretarea rezultatelor	35 000.00
2	33100000-1	LOT 2 Congelator	Buc.	1	Volumele camerei de testare de la 150 la 300 L Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioră rezistente la coroziune Potrivit pentru instalarea curată a camerei, curățare ușoară Interval de temperatură de la -10 °C până la -80 °C)	50 000.00

				<p>Înaltă comoditate în funcțiune cu controler tactil intuitiv</p> <p>Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)</p> <p>Tehnologia de iluminare și răcire economisește energie</p> <p>Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză</p> <p>Posibilitatea calibrării și validării</p> <p>Precizia setării temperaturii: 0,1 ° C</p> <p>Precizia setării umidității: 0,5%</p> <p>Metoda dezumidificării</p> <p>Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2</p> <p>Sarcina maximă pe raft: 18 - 24 kg</p> <p>Interfețele de comunicare: LAN, USB</p> <p>Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: da</p> <p>Conexiune electrică 230V, 50-60 Hz</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:</p> <p>-Manual de operare</p> <p>Instalarea</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>		
3	33100000-1	LOT 3 Frigider	Buc.	2	<p>Combinat, Camera frigorifica sus, Camera de congelare jos, egale după volum, 320-400 litre fiecare;</p> <p>Refrigerant: R452a sau R290,</p> <p>Răcire convecțională (ventilator);</p> <p>Dezghetare automată cu evaporarea apei condensate;</p> <p>Izolație din poliuretan ecologic (CFC-free), cel puțin 60 mm;</p> <p>Iluminare interioară: LED (ecologic, energy saving) cu aprinderea automată și manuală;</p> <p>Data logger pentru înregistrarea datelor în camera de răcire și de congelare, port USB</p>	142 500.00

				<p>Rafturi din inox in forma de platou cu înălțime reglabilă;</p> <p>Display LCD tactil pentru afișarea temperaturii interioare</p> <p>Afișarea grafică a temperaturii în timp real</p> <p>Domeniul de temperatură al compartimentului de refrigerare de la +2°C pînă la +12°C</p> <p>Domeniul de temperatură a camerei de congelare: -10°C-30°C</p> <p>Dimensiuni externe, mm 700x800x2100, din Inox</p> <p>Puterea electrică totală: 850 Wt;</p> <p>Certificat de calibrare/etalonare, port pentru sonda de testare: □25mm.</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original! -Manual de operare <p>Instalarea, instruirea;</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător</p>		
4	33100000-1	LOT 4 Distilator	Buc.	1	<p>Capacitate 12 l / h</p> <p>Conductivitate aprox. 2,3 μs / cm la 25 ° C</p> <p>Capacitate rezervor 24 l</p> <p>Apa de răcire necesară aprox. 198 l / h</p> <p>Presiunea minimă a apei de 3 bar până la max. 7 bari</p> <p>Dimensiuni exterioare (L x P x H) 780 x 410 x 670 mm</p>	100 000.00

					<p>Conexiune electrică 400 V / 50 ... 60 Hz / 9,0 kW, 3 Ph / N / PE cu trifazat (alte tensiuni la cerere)</p> <p>Greutate netă aprox. 43,0 kg,</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:</p> <p>-Manual de operare</p> <p>Instalarea</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	
5	33100000-1	<p>LOT 5</p> <p>Pipetă monocanal</p> <p>20-200 μl</p>	Buc.	2	<p>Garantie: 24 luni</p> <p>Numar canale: monocanal; Autoclavabila</p> <p>Manuala / Digitala: manuala</p> <p>Volum 20-200 μl</p> <p>Eroare sistematica relativa $\pm 0.6 \%$</p> <p>Eroare sistematica absoluta $\pm 1.5 \mu$l</p> <p>Eroare aleatorie relativa $\pm 0.2 \%$ Eroare aleatorie absoluta $\pm 0.5 \mu$l</p> <p>Certificat de calibrare/etalonare</p>	10 000.00
6	33100000-1	<p>LOT 6</p> <p>Pipetă monocanal 0.5-10 μl</p>	Buc	2	<p>Garantie 24 luni</p> <p>Numar canale: Monocanal</p> <p>Autoclavabila</p> <p>Manuala / Digitala: Manuala</p> <p>Volum 0.5-10 μl</p> <p>Eroare sistematica relativa $\pm 1 \%$</p> <p>Eroare sistematica absoluta $\pm 0.1 \mu$l</p> <p>Eroare aleatorie relativa $\pm 0.5 \%$ Eroare aleatorie absoluta $\pm 0.05 \mu$l</p> <p>Certificat de calibrare/etalonare</p>	12 000.00
7	33100000-1	<p>LOT 7</p> <p>Pipetă monocanal 100-1000 μl</p>	Buc	2	<p>Garantie 24 luni</p> <p>Numar canale: Monocanal</p> <p>Autoclavabila</p> <p>Manuala / Digitala: Manuala</p> <p>Volum 100-1000 μl</p> <p>Eroare sistematica relativa $\pm 0.6 \%$</p> <p>Eroare sistematica absoluta $\pm 1.5 \mu$l</p>	12 000.00

					Eroare aleatorie relativa $\pm 0.2\%$ Eroare aleatorie absoluta $\pm 0.5 \mu\text{l}$ Certificat de calibrare/etalonare	
8	33100000-1	LOT 8 Pipetă multicanal 30-300 μl	Buc	2	Garantie: 24 luni Numar canale: 8 canale Autoclavabilă Manuala/Digitala: Manuala Volum: 30-300 μl Imprecizie 0.70 % Neacuratete 1 % Accesorii incluse: Manual de instructiuni Certificat de calibrare/etalonare	15 000.00
9		LOT 9 Termometru higrometru cu memorie de date si afisaj digital	Buc.	2	Domeniu de masura temperatura: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ Domeniu de masura umiditate: 0 - 100%RH Precizie temperatura: ± 1 (intre -10 si $+40$), ± 2 (intre -40 si -10 si intre $+40$ si $+70$) Precizie umiditate: $\pm 3\%$ RH (pentru RH intre 40 si 60%) sau $\pm 3.5\%$ (intre 20 si 40% si intre 60 si 80%) sau $\pm 5.0\%$ (intre 0 si 20% si intre 80 si 100%) Rezolutie temperatura: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ Rezolutie umiditate: 0.1% RH Memorie 16.000 inregistrari temperatura si 16.000 inregistrari umiditate Dimensiuni: 94mm x 50mm x 25mm Greutate: 45g Se livreaza cu - CD cu soft pentru vizualizare grafica a valorilor masurate si pentru setarea intervalului de masurare, a numarului de teste, a pragurilor limita de alarmare, a unitatii de masura - Barerie 3.6V. Durata de viata baterie: circa un an Certificat de calibrare/etalonare	2000.00
10	33100000-1	LOT 10 Vortex, orbital shaker	Buc.	1	Principiul de amestecare excentric + Gama de control al vitezei 500-3000 RPM Timp de accelerare $< 1\text{ s}$	

					<p>Timp maxim de funcționare continuă 24 h</p> <p>Modul de amestecare pentru tuburi de la 0,2 la 50 ml</p> <p>Volumul maxim de amestecare 30 ml</p> <p>Orbita de 4 mm</p> <p>Dimensiuni totale (L × A × H) 90x150x80 mm</p> <p>Greutate 0,8 kg</p> <p>Curent de intrare / consum de energie 12 V, 320 mA / 3,8 W</p> <p>Alimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:</p> <p>-Certificat ISO 9001 pentru producător</p> <p>Certificat ISO 9001 pentru participant</p> <p>-Autorizație de la producător Original.</p> <p>-Manual de operare</p> <p>Instalarea, instruirea;</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanție</p>	3500.00
11	33100000-1	<i>LOT 11</i> <i>Cartușe pentru purificarea și deionizarea apei</i>	Buc.	3	compatibile cu WERNER EASY pure de tip UV/UF II	3000.00
12	33100000-1	<i>LOT 12</i> <i>Cartuș cu filtru fin de 10"</i>	Buc.	3	compatibil cu ReversinO 6 Plus - 2.0.	7500.00
13	33100000-1	<i>LOT 13</i> <i>Filtru fin</i>	Buc.	3	compatibil cu sistem de tratare a apei EASYpure UV/UF II WERNER	3000.00
14	33100000-1	<i>LOT 14</i> <i>Autoclav</i>			Control total prin microprocesor; Capacitate:, 75-150l;	

				<p>Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100°C la 134°C;</p> <p>Presiune de sterilizare: 2.1-4,5 bar;</p> <p>Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute;</p> <p>Pornire programabilă;</p> <p>Mod agar;</p> <p>Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial;</p> <p>Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil;</p> <p>10 programe de sterilizare,</p> <p>Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-232;</p> <p>Grilă de protecție pentru elementele de încălzire;</p> <p>Buton pentru dezaburire;</p> <p>Supapă manuală pentru drenaj;</p> <p>Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță;</p> <p>Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului;</p> <p>Senzor de ușă deschisă.</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original. -Manual de operare <p>Instalarea, instruirea;</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții</p>	
		Buc	1		160 000.00

15	33100000-1	LOT 15 Condiționer	Buc.	2	<p>Suprafata 35 m.p. Puterae termica 12000 BTU</p> <p>Putere in modul de racire 3.2-3.25 κBt. Putere in modul de incalzire 3.4 κBt</p> <p>Consum in modul de racire 1012-1050 Bt</p> <p>Consum in modul de incalzire 941-950 Bt</p> <p>Nivel de putere acustica 29-33 dB. Regim de lucru răcire/Incalzire</p> <p>Functionare răcire de la +15°C pîna la +48°C</p> <p>Functionare încălzire de la -5°C pîna la +24°C. Pornire caldă da</p> <p>Mod Sleep da, Mod Turbo da, Timer da</p> <p>Autorestart da, Dezghetare intelegentă da</p> <p>-Manual de operarea</p> <p>Instalarea,</p> <p>Garantie 12 luni.</p> <p>Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții</p>	100 000.00
16	33100000-1	LOT 16 Sistemă pentru apă pură și ultrapură în laborator cu consumabile (Cartuș de prepurificare, Filtru steril 0,2 μm)	Buc.	1	<p>Starea apei este controlată de microprocesor, datele de rezistență la apă sunt afișate pe ecranul LCD</p> <p>Recircularae apei. Apa rămâne constant curată și gata de utilizare în orice moment</p> <p>Apa furnizată sistemului trebuie pre-purificată folosind osmoză inversă, distilare sau deionizare.</p> <p>Gradul de purificare a apei îndeplinește standardele ASTM, NCCLS și CAP rezervor de apă încorporat</p> <p>Filtrul cu fibre fine de 0,2 microni la ieșirea sistemului elimină bacteriile și particulele mici din apă</p> <p>Viteza de curățare este de 0,8-1,2 l de apă pe minut, în funcție de model</p> <p>Rezistență la apă de ieșire până la 18,2 MΩ / cm.</p>	100 000.00

				Capacitatea de a conecta dozatorul pentru distribuirea apei purificate la un furtun de până la 2,5 metri lungime Modelele Ultrafilter spălare automată sau manuală a filtrelor și igienizare Modelele cu lampă UV utilizează două lungimi de undă (185 și 245 nm). Pompa integrată asigură montare pe perete pentru, gamă largă de opțiuni de poziționare a instrumentului		
17	33100000-1	LOT 17 Disc diamantat	Buc.	2	Disc diamantat pentru ferăstraie pentru secțiunile osoase la ambele tipuri de tăiere (uscată și umedă); Mărimea (mm): 200x2,6x25,40; 250x3,0x25,40	4000.00
Valoarea estimativă TOTAL					759 500.00	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi ;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit** ;

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **30 zile de la încheierea contractului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **30 decembrie 2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	Formular standard completat, confirmat prin semnatura electronică ofertantului	da
2	Propunerea tehnică	F4.1 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului, de asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din	da

		cataloge și alte date tehnice justificative	
3	Propunerea financiară	F4.2 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului	da
4	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție bancară - Original confirmat prin semnatura și ștampila băncii emițătoare de cont (se prezintă la sediul autorității contractante în perioada de depunere a ofertelor) sau ordin de plată pentru transfer la contul autorității contractante MD64TRPCCC518430A00412AA	da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **COP**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț pe lot**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *conform datelor din SIA RSAP*

- până la: *[ora exactă]*

- pe: *[data]*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: crdv@ansa.gov.md

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 de zile calendaristice

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **de stat**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU**

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: **nu sunt**

Conducătorul grupului de lucru: _____

Ligore Brucsa

