

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1712231732832_din 11.04.2024

Obiectul achiziției: Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț pentru laboratorul ADN

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț(PCR)	ProFlex 96-well PCR System	Singapore	ThermoFisher/ Life Technologies	Conform caietului de sarcini	<p>Modulul de reacție pentru 96 (8x12) probe</p> <p>Posibilitatea de a înlocuire a a blocului termic de 96 godeuri cu alt bloc, de o altă capacitate</p> <p>Încălzire și răcire prin elemente de tip Peltier</p> <p>Gama de volume a amestecului de reacție în eprubete pentru realizarea reacției polimerazei nu mai mic de 10 - 80 μl</p> <p>Domeniul de temperatură al fiecărui termobloc nu este mai mic de 4 - 100 ° C</p> <p>Uniformitatea temperaturii pentru fiecare dintre blocurile termice la 95 ° C, nu mai mult de ± 0,5 ° C</p> <p>Încălzirea capacului modulului de reacție la o temperatură de cel puțin 105 ° C</p> <p>Dispozitivul are validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri .</p> <p>Garanție 12 luni după punerea în funcțiune a dispozitivului</p> <p>Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice(HID - Human Identification testing)</p> <p>Certificat ISO 13485 pentru producător</p>	ISO, Certificat de validare

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau