

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>526/1- 21</b> «20» decembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

» decembrie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Tifon nesteril medical, 90 cm, 100%bumbac.*

Solicitant *«SANFARM-PRIM» SA, mun. Chişinău, str. Grenoble, 149A*

Producător *HBC «Navtex», Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1m<sup>2</sup>*

Data primirii mostrelor *14.12.2021*

Data începerii încercării *14.12.2021*

Data sfârşitului încercării *20.12.2021*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-112-21* din *14.12.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse *SM SR EN 14079:2010 „Dispozitive medicale neactive. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac și tifon absorbant de bumbac și viscoză”*,

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

#### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Substanțe solubile în eter, %, max	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.9	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.10	0,50	0,22
2	Substanțe tensioactive, mm, max	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.10	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.11	2	0
3	Substanțe solubile în apă, % max	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.11	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.12	0,50	0,42
4	Amidon și dextrină	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.12	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.13	Soluția nu trebuie să prezinte culoare albastră, violet roșiatică sau brună	Corespunde cerințelor
5	Pierdere la uscare, %, max	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.14	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.15	8,0	4,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	