

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1557485036371	Data: 03.06.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: "Renovarea capitală a secției chirurgie IMSP Spitalul Raional Cimișlia (dotarea cu utilaje, dispozitive medicale)"	Lot:9.	Pagina: 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 9: Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric)							
9.1	33100 000-1	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric)	iM8	China	EDAN	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric) Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult,pediatric, nou-născut da Display, tipDiagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric) Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult,pediatric, nou-născut da Display, tipDiagonala – 12.1 inch LCD TFT color da Numărul de curbe afișate concomitent 11 Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da I, II, III da

						I, II, III da Sensitivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiac Interval minim 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației Adult minim 0 - 120 rpm Monitorizarea respirației Pediatric minim 0 - 150 rpm Protecție în potrița șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului Minim 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat(exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat Nu mai rar de 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient Adult,pediatric,nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240	Sensitivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiac Interval minim 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației Adult minim 0 - 120 rpm Monitorizarea respirației Pediatric minim 0 - 150 rpm Protecție în potrița șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului Minim 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat. Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat Nu mai rar de 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient Adult,pediatric,nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240 mmHg Modul Temperatura Diapazonul
--	--	--	--	--	--	--	--

						mmHg Modul Temperatura Diapazonul Minim 0 - 50.0 °C Rezoluția Minim 0.1 °C, Număr de senzori 1 unit. Protocoloale de lucru preprogramate da Protocoloale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscrisiere Minim 25, 50 mm/s Înscrisiere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul centralEthernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii	Minim 0 - 50.0 °C Rezoluția Minim 0.1 °C, Număr de senzori 1 unit. Protocoloale de lucru preprogramate da Protocoloale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscrisiere Minim 25, 50 mm/s Înscrisiere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul centralEthernet LAN – RJ45. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. pediatric,unică utilizare
--	--	--	--	--	--	---	--

						Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare pediatric,unică utilizare 300 buc. 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste pediatric,reutizabil 2 buc. 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil1 buc. Adult mediu,adult,adult mare reutilizabile (1 set/3 buc) 2 set. Manjete NIBP Pediatric,pediatric mediu,pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 5 buc. Suport pe rotile (să se indice modelul suportului) 4 rotile da min. 2 rotile cu frînă da coş pentru accesorii da mîner pentru transportare da sistem de fixare a dispozitivului de suport da	300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste pediatric,reutizabil 2 buc. 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil1 buc. Adult mediu,adult,adult mare reutilizabile (1 set/3 buc) 2 set. Manjete NIBP Pediatric,pediatric mediu,pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 5 buc. Suport pe rotile (MT -201)4 rotile da min. 2 rotile cu frînă da coş pentru accesorii da mîner pentru transportare da sistem de fixare a dispozitivului de suport da
--	--	--	--	--	--	--	---

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6