

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 170

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
170	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum 270140	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum Cod 270140 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel AISI 316L Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu	Producator / Tara de origine: BMT, Cehia Model: STERIVAP SL 636-2 ED Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. – Da Parametrul Specificația Încărcare orizontală – Da Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși - Da Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate - Da Construcția interioară din oțel AISI 316L – Da Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. - Da Securitate la supraîncălzire obligatoriu - Da Alarmer acustică, vizuală – Da Durata sterilizării reglabilă obligatoriu – Da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe – Da Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu – Da

	Ușa rămâne blocată pana la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu	Control electronic Microprocesor – Da Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu – Da Ușa rămâne blocată pana la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare obligatoriu – Da Suprafata exterioara să nu se încălzească – Da Imprimantă termică obligatoriu – Da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED – Da Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare – Da presiune (prin manometru sau digital) – Da vacuum (prin manometru sau digital) – Da Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă – Da Ciclu de vacuum – Da Pre și post vacuum selectabil – Da Sistem de uscare obligatoriu – Da Facilități de setare timp – Da Temperatura – Da eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor – Da racire rapidă – Da Volum interior 100 l, ± 10 l – Da Rafturi minim 2 buc – Da Precizie timp de sterilizare ± 1 min. - Da
--	---	---

		Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C -Da Precizie temperatură ± 2°C -Da Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu -Da Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu -Da "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " -Da să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni - Da Înregistrator date obligatoriu -Da Tip date imprimate pe hirtie data-Da timp-Da temperatura-Da presiune-Da Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz-Da
--	--	--	---