

		Specificații tehnice												
			fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 8, 9, 10, 11, 12											
Numărul licitației:			LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1659012898778 (21060793)						Data: „08,09,2022	Alternativa nr.: _____				
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2023						Pagina: __din __					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință					
1	2			3		5	6	7	8					
33100 000-1	10	Gel ECG, 250 ml	Gel ECG, 250 ml	GT148-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil	Declaratie de Conformitate CE					
33100 000-1	11	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	GT148-201	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil	Declaratie de Conformitate CE					
33100 000-1	12	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	GT148-202	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Declaratie de Conformitate CE					

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Diana Tutunaru_ În calitate de: jurist

Ofertantul: Natusana SRL_ Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31