

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782355776143 din 25.06.2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 8 - Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului						
Lotul nr. 8 Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului	Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului Model <u>HM-KF</u>	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului Specificația tehnică: Metoda de prelevare impact direct pe mediu de cultură Debitul aerului, m/sec ≥ 0.3 m/s Setarea debitului necesar Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Portabil Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat în dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Display alarme LED sau LCD Nivelul de încărcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la 10 °C la 35 °C Alarme și indicatori eroare de sistem: pornirea programului finisarea programului descarcarea bateriei volumul de extragere a	Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului Specificația tehnică: Metoda de prelevare impact direct pe mediu de cultură - Da Debitul aerului, 0.35 m/s (pag. 2 manual de utilizare) Setarea debitului necesar - Da control electronic al debitului. (pag. 2 manual de utilizare) Volumul aerului (inhalat), reglabil de la 50 l/min până 10m3/min (pag. 2 manual de utilizare) Portabil - Da, instrument portabil. (pag. 2 manual de utilizare) Tiparire cec după prelevarea probelor (poate fi activată/dezactivată. (pag. 2, 5 manual de utilizare) Diametrul placilor Petri, instalat în dispozitiv, 90 mm (pag. 2 manual de utilizare) Nivelul de zgomot, 50dB - Da Display alarme - Da Tip Display - LCD Tactil (pag. 2-4 manual de utilizare) Nivelul de încărcare a bateriei (pag. 2, 4 manual de utilizare)	

				bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Certificat conform ISO 14698, EN 17141 sau echivalent Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz Acumulator reîncărcabil 1 buc. Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectare Sita pentru admisie de aer cu 90mm	Temperatura mediului ambiant de la 10°C la 35 °C (pag. 3 manual de utilizare) Alarme și indicatori eroare de sistem: pornirea programului - pag. 4 finisarea programului - pag. 4 descarcarea bateriei - Da volumul de extragere a bacteriilor - Da Durata de operare autonomă, 6 ore (pag. 2 manual de utilizare) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz - Da Certificat conform ISO 14698, EN 17141 sau echivalent - Declarația producătorului Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz (pag. 2 și 7 manual de utilizare) Acumulator reîncărcabil 1 buc - Da Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectare (diplomat securizat pentru transport (pag. 2 manual de utilizare) Sita pentru admisie de aer cu 90mm - Da	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” S.R.L.
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6