

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din "15"septembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21065661 din 08.11.2022						
Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot I. Reagenți pentru chimia urinei						
Proteina in urina cu standard	Proteina in urina cu standard	Rusia	Agat	CE,fotometric cu reactivi splizi,solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 grame	fotometric, reagenți solizi solubili. Set: 2fl x 30 gr. cu calibrator 10 ml	Certificat de calitate
Material de control proteina in urina + glucoza	BM-contro+glucoza+ pH, 04.01.04	Rusia	Medlakor	CE,reagent lichizi cu valori predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variația asteptata, cu valori in domeniul normal , crescut.flacoane cu volum de la 5-10 ml	reagenți lichizi cu valori predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variația așteptată, cu valori in domeniul normal, scăzut, crescut. Set: 8fl x 10 ml.	Certificat de calitate
LOT nr.3 Reagenți pentru imunoematologie						
Reagenți monoclonali Anti-A	Reagenți monoclonali Anti-A	Rusia	Mediclon	CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml	volumul 10 ml/100determinari	Certificat de calitate
Reagenți monoclonali Anti-B	Reagenți monoclonali Anti-B	Rusia	Mediclon	CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml	volumul 10 ml/100determinari	Certificat de calitate
Reagenți monoclonali Anti-AB	Reagenți monoclonali Anti-AB	Rusia	Mediclon	CE.Țoliclon anti-AB IgM,volumul 10 ml	volumul 10 ml/100determinari	Certificat de calitate
Reagenți monoclonali Anti-D super	Reagenți monoclonali Anti-D super	Rusia	Mediclon	CE.Țoliclon anti-D super IgM,volumul 10 ml	volumul 10 ml/100determinari	Certificat de calitate
Reagenți monoclonali Anti-Kell	Reagenți monoclonali Anti-Kell	Rusia	Mediclon	CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml	volumul 10 ml/100determinari	Certificat de calitate
LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul PCE-210						
Diluent	Diluent ERMA, solutie de diluare, 3459	Polonia	Avantor	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	CE, ISO
Solutie Lizer	Cymet ERMA, solutie de lizare, 3968	Polonia	Avantor	CE,reagent pentru hemolizare,volumul 500 ml	CE,reagent pentru hemolizare,volumul 500 ml	CE, ISO

Soluție de spălare	Proclean, Soluție de spălare, 3900	Polonia	Avantor	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri	CE, ISO
Soluție hipoclorid 0,5%	Soluție conc. de hipoclorid 0,5%, 3917	Polonia	Avantor	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE, ISO
Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele (L,N,H)	Polonia	Avantor	CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2,5 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE, ISO
Hirtie termicăbucata a cite 20metri	Hirtie termică bucata a cite 20 metri	Polonia	Avantor	CE,hirtie cu densitatea 4, lățimea 55 mm.	hirtie cu densitatea 4, lățimea 55 mm.	ISO
LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emmerald 101						
Diluent CELL-DYN	EMRLD CD 18 diluent, 9H4802	SUA	Abbott	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri	CE, ISO
Lyse	EMRLD CD 18 Free diff Lyse, 9H4702	SUA	Abbott	CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml	CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml	CE, ISO
Cleaner	EMRLD CD 18 Cleaner, 9H4602	SUA	Abbott	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml	CE, ISO
Soluție hipoclorid 0,5%	Soluție conc. hipoclorid 0,5%	SUA	Abbott	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE, ISO
Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele (LNH)	SUA	Abbott	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp. Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2,5 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE, ISO
LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera						
Diluent	Diluent BS	Avantor	Polonia	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	CE, ISO
Cymet	CyMet BS3 CN Free	Avantor	Polonia	CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml	CE, ISO
Detectoterge	DetectoTerge BS	Avantor	Polonia	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml	CE, ISO

Soluție hipoclorid 0,5%	Soluție conc. hipoclorid 0,5% BS	Avantor	Polonia	CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru	CE, ISO
Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele (LNH)	Avantor	Polonia	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2,5ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	CE, ISO
LOT XI Reagenți pentru hemostasa, coagulometru Helena						
Tromboplastin	Tromboplastin L cu CaCl ₂ , 5267L, set: 10flx10ml	MB	Helena Biosc.	CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după Quick în plasma, INR, set cu 1000 teste	CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după Quick în plasma, INR, set cu 1000 teste	CE, ISO
Determinarea timpului de tromboplasina parțial activat	APTT, 5560	MB	Helena Biosc.	CE, Reagent APTT, standardizat cu acid elagic și fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de diluție și pregătire pentru lucru, set 100 teste	CE, Reagent APTT, standardizat cu acid elagic și fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de diluție și pregătire pentru lucru, set 100 teste	CE, ISO
Determinarea timpului de trombina	ThrombinTime, 5392	MB	Helena Biosc.	CE, reagent liofilizat, prezentat a câte 4 flacoane x 3 ml, pentru 50 teste	CE, reagent liofilizat, prezentat set pentru 50 teste	CE, ISO
Determinarea fibrinogenului după Clauss cu calibrator	Fibrinogen Claus cu calibrator, 5556	MB	Helena Biosc.	CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste	CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste	CE, ISO
Control plasma cu nivel normal	Control N, 5186	MB	Helena Biosc.	CE, plasma cu valori în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, plasma cu valori în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, ISO
Control plasma cu nivel scăzut	Control P, 5187	MB	Helena Biosc.	CE, plasma cu valori în domeniul scăzut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, plasma cu valori în domeniul scăzut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, ISO
Control plasma cu nivel crescut	Control H, 5183	MB	Helena Biosc.	CE, plasma cu valori în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, plasma cu valori în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon, volum-1 ml	CE, ISO
Lot.15 AzurEozin după Romanovschi	Azur-Eozin după Romanovschi, 1L, cu bufer	Rusia	Minimed	Vopsea gata pentru vopsirea frotiurilor de sange	Vopsea gata pentru vopsirea frotiurilor de sange	ISO
LOT.16 Azopiram	Azopiram p-u controlul sterilizării	Rusia	Agat	Set, R-1= 2x5 gr; R-2= 2x0,1 gr pentru 500 determinări, valabilitatea 12 luni	Set pentru 500 determinări, valabilitatea 12 luni	ISO
LOT.17 Ulei de imersie	Ulei de imersie	Rusia	Minimed	Flacon cu volum de 100 ml	Flacon cu volum de 100 ml	Certificat de calitate

LOT.18 Containere pentru colectarea urinei	Containere pentru colectarea urinei, 2220	Italia	Aptaca	Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta, volum 250 ml	Container cu capac si eticheta pentru marcare, volum 200 ml, PP	CE, ISO
Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale	Containere pentru colectarea maselor fecale, 611209	China	Boen Med	Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita	Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita	CE, ISO
Lot nr.20. Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice	Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice, 050-220	Germania	BE	Compatibile cu coagulometru BENK	Compatibile cu coagulometru BENK	ISO
Lot nr.21. Cuve pentru investigatii hemostagice	Cuve pentru investigatii hemostagice, 5951	Italia	Aptaca	Compatibile cu coagulometru HELENA	Compatibile cu coagulometru HELENA	CE, ISO
Lot nr.22. Eprubete de unica folosinta	Eprubete de unica folosinta, 5331	Italia	Aptaca	Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac	Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac	CE, ISO
Lot nr.23. Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml	Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml, 2100/1	Italia	Aptaca		Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml	CE, ISO
Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml	Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml, 2100	Italia	Aptaca		Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml	CE, ISO
Lot nr.25.Test-latex determinarea celulelor lupice	LE Latex Kit, 840050	UK	Lorne		Test-latex determinarea celulelor lupice, 50 teste	CE, ISO
Lot nr.26. Test rapid determinarea sangelui occult	FOB rapid test, 272001	Germania	NalVonMin den	Set de teste pentru determinarea sangelui occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual.	Set de teste pentru determinarea sangelui occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual.	ISO,CE
Lot nr.27. Tampoane imbibate cu alcool	Tampoane imbibate cu alcool	Germania	Holtch		Salfeta cu alcool, ambalate in boxa cite 150 unit	CE, ISO
Lot nr.28. Vopsea dupa Gram	Vopsea dupa Gram , 440F	Rusia	ABRIS+	ISO/CE Set, BioGramm, ambalaj 5x100ml, BGR4-K-100	Set 3x100ml	Certificat de calitate
Lot nr.29 Determinarrea anticorpilor Anti-HDV sumar	HDV Ab 96 teste, DAB.CE	Italia	DiaPro	CE.Set pentru determinarea Anti-HDV,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE.Set pentru determinarea Anti-HDV, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE, ISO
Lot nr.30 Determinarrea anticorpilor Anti-Toxocara carini	D-2752 Toxocara IgG	Rusia	Vector Best	CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE, ISO
Lot nr.31 Determinarrea anticorpilor Anti-Lambliia	D-3552 Lambliia Ab	Rusia	Vector Best	CE.Set pentru determinarea Anti-Lambliia,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE.Set pentru determinarea Anti-Lambliia,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE, ISO

Lot nr.32 Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz	D-3452 Ascarida IgG	Rusia	Vector Best	CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	CE, ISO
Lot nr.33 Antigen cardiolipinic	RPR Carbon kit , 044500A	MB	Lorne	Set pentru efectuarea reactiei de MRS, pentru 1000 determinari	Set pentru efectuarea reactiei de MRS, pentru 1000 determinari	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara 64/2