

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP SR Călărași

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1707114078670 / 21165732	din 15 februarie 2024
Obiectul de achiziției: Reactive și consumabile pentru laborator		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Lotul VII: Reactive pentru analizatorul SYSMEX XN-330 (sistem închis)						
1	33696500-0	Cellpack DCL, 20L	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Reagenții să dispună de certificate internaționale ISO, CE Marca; Reagenții să fie compatibili cu analizatorul SYSMEX XN-330. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător și de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerință pentru verificarea compatibilității cu echipamentul. Kit-ul (setul) de mentenanță de la producător. Mentenanța să fie efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizatorului, inclusă în prețul ofertei	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
2	33696500-0	Sulfolyser, 3x500ml	Sulfolyser	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
3	33696500-0	Lysercell WDF, 2L	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
4	33696500-0	Fluorocell WDF, 2x22ml	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
5	33696500-0	CellClean, 50ml	Cellclean	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
6	33696500-0	XN Check L1, 3ml	XN-L Check L1	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
7	33696500-0	XN Check L2, 3ml	XN-L Check L2	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
8	33696500-0	XN Check L3, 3ml	XN-L Check L3	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
9	33696500-0	XN Cal, 3ml	XN CAL	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iurchevici Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: "ECHIPAMED - PLUS" SRL

Adresa: str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7