



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-440 din "22" 02 2022

**OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID . ocds-b3wdp1-MD-1628853546170 privind *Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022*, Vă comunică decizia din 18.02.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, emisă în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției), după cum urmează:

Lot	Cod	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model Art/ Producător/ Țara de origine	Operatorul economic
2	2-46170	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, cu monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus	buc	1354	3046,00	3046	4124284	4124284	Lenila SN60WF /USA /Alcon	Teis International SRL

3	3-46170	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica	buc	82	525,00	525	43050	43050	Lentila CZ70BD/ USA/ Alcon	Tetis International SRL
5	5-46170	Cristalin artificial camera posterioare cu foldabil injector unica folosinta	buc	350	760,00	760	266000	266000	Blens / Israel/ Hanita Lenses	Lenses Grup SRL
14	14-46170	Cristalin artificial dur	buc	126	105,00	105	13230	13230	Envision EN125602 / India/ Action Medical	Sogno SRL
16	16-46170	Cristalin artificial multifocal	buc	10	9000,00	10800	90000	108000	VERSARIO Multifocal 3F VERRS3Fxxx +LP604350C /SUA/ Bausch + Lomb	DataControl SRL
17	17-46170	Banda Shirmer nr.100	set	28	160,00	192	4480	5376	MPL/A1 /India/Madhu Instruments	Sogno SRL
18	18-46170	Bastonase tuffer oftalmologice	set	5404	3,66	4,392	19778,64	23734,368	0405-8/ BeaverVisite International/ SUA	BioAnalitica SRL
19	19-46170	Burete absorbant ofalmic	buc	6234	3,64	4,368	22691,76	27230,112	400101/ BeaverVisite International/ SUA	BioAnalitica SRL

21	21-46170	Canula getabila 25G	buc	875	11,50	12,42	10062,5	10867,5	MIPPL/E8/A2 / India/Madhu Instruments	Sogno SRL
22	22-46170	Canula getabila 27G	buc	2006	11,50	12,42	23069	24914,52	MIPPL/E8/A3 / India/Madhu Instruments	Sogno SRL
23	23-46170	Canula oftalmic getabil pentru hidrodiseția	buc	455	14,50	15,66	6597,5	7125,3	MIPPL/E9/A4 / India/Madhu Instruments	Sogno SRL
24	24-46170	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinelui	buc	221	30,00	32,4	6630	7160,4	#585005/ England/ Beaver Visitec	Lenses Grup SRL
26	26-46170	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	buc	7080	22,21	26,652	157246,8	188696,16	OSD2004060 /Turcia/ OPTIMAL SAGLIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LTD. ST	Imunotehnomed SRL
27	27-46170	Cirigge iriene (Iris retractors)	buc	120	200,00	240	24000	28800	MIPPL/D1/ India/Madhu Instruments	Sogno SRL
28	28-46170	Cuitt oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	75,65	90,78	186704,2	224045,04	AB-ASL27 /SUA/ MST / ACCUTOME	Imunotehnomed SRL

30	30-4617 0	Cuțit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerală)	buc	1360	66,00	79,2	89760	107712	M20002/ India/ AuroLab	Lenses SRL	Grup
31	31-4617 0	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	buc	1210	98,76	118,512	119499,6	143399,52	AB-ASL22DB/ SUA/ MST / ACCUTOM E	Imunotehnome d SRL	Grup
32	32-4617 0	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicală cataractei Iama de 1.2 mm	buc	386	75,65	90,78	29200,9	35041,08	AB-ASL12/ SUA/ MST / ACCUTOM E	Imunotehnome d SRL	Grup
33	33-4617 0	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	buc	150	117,80	141,36	17670	21204	MRS55 / Japan/ Mani Inc.	Lenses SRL	Grup
34	34-4617 0	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinelui la scleră, ac spatulat	buc	198	132,00	142,56	26136	28226,88	#1455P / Japan/ Mani Inc.	Lenses SRL	Grup
35	35-4617 0	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinelui la scleră, ac curbat	buc	175	85,00	91,8	14875	16065	P121S /Belarusi /FIATOS	Sogno SRL	Grup
37	37-4617 0	Fir sutura Naiton 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	86,00	92,88	76798	82941,84	#2003 / Japan/ Mani Inc.	Lenses SRL	Grup
40	40-4617 0	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	140,18	151,3944	298583,4	322470,072	MRY-C32 CrownVisc® 1.0% /Turcia/	Imunotehnome d SRL	Grup

										MIRAY MEDIKAL	
41	41-4617 0	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	buc	5	12640	12640	63200	63200	63200	EX-PRESS GLAUACO FILT DEVVP50 /USA/ Alcon	Tetis International SRL
43	43-4617 0	Inel intracapsular steril	buc	20	200	200	4000	4000	4000	CTR11/ India/ Biotech Vision Care	Lenses SRL
44	44-4617 0	Inel intracapsular steril	buc	135	200	200	27000	27000	27000	CTR12/ India/ Biotech Vision Care	Lenses SRL
45	45-4617 0	Marcher chirurgical	buc	73	81	97,2	5913	7095,6	7095,6	M England/ Sterimedix 7500/ Vision Care	Lenses SRL
46	46-4617 0	Sutura oftalm. virgin 7/0	buc	248	74	79,92	18352	19820,16	19820,16	#2008 Japan/ Inc.	Lenses SRL
47	47-4617 0	Sutura oftalm. 5/0	buc	195	80	86,4	15600	16848	16848	#3370 Japan/ Inc.	Lenses SRL
51	51-4617 0	Viscoelastic seringa 0.3 - 0.5 ml	buc	340	444	479,52	150960	163036,8	163036,8	BioHyalurCS / India/ Biotech Vision Care	Lenses SRL
52	52-4617 0	Viscoelastic seringa 2ml	buc	3210	34,0838	40,9006	109408,99	131290,926	131290,926	Occugel 2% HPMC20-01 /India/ Ophthentics Unlimited	Dita EstFarm SRL

53	53-4617 0	Viscoelastic, 5 ml	buc	1203	34,5282	41,4338	41537,424 6	49844,8614	Ocugel 2% HPMC20-04 /India/ Opthechnics Unlimited	Dita EstFarm SRL
54	54-4617 0	Ulei de Silicon 5700	flacon	90	735	882	66150	79380	VRL600 /SUA/ Bausch + Lomb	DataControl SRL
55	55-4617 0	Ulei de Silicon 1300	flacon	40	735	882	29400	35280	VRL500 /SUA/ Bausch +Lomb	DataControl SRL
57	57-4617 0	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	buc	76	1362	1634,4	103512	124214,4	ADV DSP BACKFL.S OFT TIP 25G 6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL
58	58-4617 0	Pense endooculare Tips: MAX Grip	buc	68	2060	2472	140080	168096	FC25.D07 /Vitreq/ Olanda	BioAnalitica SRL
59	59-4617 0	Pense endooculare ILA	buc	68	3106	3727,2	211208	253449,6	REVOLUT. DSP 25GA ILMFORC.6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL
60	60-4617 0	Foarfeci endooculare Curved	buc	73	3100	3720	226300	271560	REVOLUT. DSP 25GA+CUR V.SCISS 6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, s-a oferit o scrisoare din partea producătorului unde se poate identifica că incizia pentru dioptria până la +26.0 D incizia este 2.2mm.

2. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrică +31.0 - +40.0D, s-a oferit gama dioptrică de la +10.0 până la +30.0, cu indicarea extinderii gamei dioptrice în 2022 până la -10.0D până la +36.0D, pentru care însă nu au fost testate încă.
 - Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat indice de refracție 1,55 s-a oferit indicele de 1.56;
 2. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrică +31.0 - +40.0D, s-a oferit o broșura unde s-a indicat + 6.0D până la +40.0D (cu pasul de 0,5), o broșura unde datele sunt suspecte și sunt diferite ca prezentare și calitatea afișării în comparație cu restul informațiilor în broșura, iar pe site-ul oficial al producătorului <http://www.omnilens.in/portfolio/hydrophobic-iols/> la modelul oferit s-a regăsit dioptria +10 până la + 30 (creștere de 0,5 în D +18 până la 25) Constanta A s-a oferit 117,8, s-a solicitat 118,4.
 - Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat Haptica de 13 mm, s-a oferit haptica de 12,5 mm;
 2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;
 3. S-a solicitat Constanta A: 118,4, s-a oferit 118,7;
 4. Lipsește gama dioptrică de la +35.0D până la +40.0D (din F4.1);
 - Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat Haptica de 13 mm, s-a oferit haptica de 12,5 mm;
 2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;
 3. S-a solicitat Constanta A: 118,4, s-a oferit 118,7;
 4. Lipsește gama dioptrică de la +35.0D până la +40.0D (Ultima pagina din catalog).
 - Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat Optic biconvex, asimetric anterior s-a oferit sub codul SA60AT Asymetric Biconvex cu constanta 118,4.
 2. S-a solicitat Optic biconvex, asimetric anterior, constanta A 118,4, s-a oferit sub codul SA60AT SRK/T Optical: cu constanta 118.7/SRK/T Ultrasound: cu constanta 118.3.
- Lotul 2 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. Se solicita haptica de 13mm, s-a oferit de 12,5 mm;
 2. S-a solicitat Constanta A 118,7, s-a oferit 118,5;
 3. S-a solicitat indicele de refracție 1,55, s-a oferit 1.48;
 4. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, s-a oferit gama dioptrică +8.0 până la 30.0D.
- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat indicele de refracție 1,55, s-a oferit 1,52;
 2. S-a solicitat Constanta A 118,7, s-a oferit 119,1;
 3. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, s-a oferit gama dioptrică +11.0 până la 30.0D.

Lotul 3 Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Optic biconvex, 7,0 mm, s-a oferit 6,0 mm;
2. S-a solicitat constanta A 118,8, s-a oferit 118,5;
3. S-a solicitat Haptica= 12,5, s-a oferit 12.5;
4. Gama dioptrica +10.0D - +30.0D (cerem +5+30D).

Lotul 4 Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica

– Oferta operatorului economic Tetis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Gama dioptrica: +6,0D.... +30,0D, pasul 0.5. și +1.0 la gama dioptrică +31.0.....+40 s-a oferit numai gama dioptrică +6,0D.... +30,0D. Pentru Modelul oferit MA60AC, în catalog se regăsc două specificații diferite (diferă constanta A (119,9; 118,8), filtru (UV, Natural).

Lotul 5 Cristalin artificial camera posterioara foldabil cu injector unica folosință

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -5.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;

– Oferta operatorului economic **Dia EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la +8.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -9.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;
2. Lungimea totala e de 11.0 mm, s-a solicitat s-a cerut 12.5;
3. S-a oferit Constanta A 118.0, s-a solicitat s-a cerut 118.2.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.

– Oferta operatorului economic **Dia EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat lungimea de 11 - 11.5 s-a oferit 12.5;
2. S-a solicitat Constanta A 118.5 s-a oferit constanta A 118.4;
3. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +8.0 pina la +30.0, s-a solicitat de la +0.0 pina la +30.0.

– Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Nu corespunde constanta A s-a solicitat 118,5 s-a oferit.118,0.

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +10.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +0.0 pina la +30.0 .

- 2.Nu corespunde: constanta A , s-a solicitat 118.5 s-a oferit 118.0;
- 3.Nu corespunde incizia - s-a cerut pt incizie de pina la 2.75, s-a oferit pentru incizie pînă la 2.2.
- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Bunny Lens pot fi și AF și MF. Totodată s-a solicitat pasul de 0,5 D pentru gama dioptrică +0 până la +30.0, dar pasul dat s-a oferit doar pentru +8,0 până la +30,0D (pentru modelul Bunny Lens AF).
- Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrică +10 - +30 d (s-a solicitat +6 - +30 d) indicele de refracție=1.552 (s-a solicitat 1,55) constanta a=118.1(cerem 118.4-119.0)
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat haptica 13mm, s-a oferit 12.5 mm;
 2. S-a solicitat indicele de refracție 1,55 s-a oferit 1,5;
 3. S-a solicitat constanta A 118,2 s-a oferit 119,1;
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- S-a solicitat acrilic, hidrofob, copolimer 2feniletilacrilat si 2feniletimetacrilat, modelul oferit este acrilat/metacrilat copolimer.
- Lotul 8 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu inductor și cartuș inclus**
- Oferta operatorului economic **Medec Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- S-a solicitat D=6mm, cu haptica de 10.50mm și gama dioptrică 12-30 D, s-a oferit gama dioptrică de +10.0 până la +24.5 D pentru D=6mm, pentru gama dioptrică +25.0 până la +30.D, D= 5,7mm. Pentru toată gama dioptrică se regăsește 3 haptici diferite în oferta propusă: 11.00 mm (from +10.0D to +14.5D) 10.75 mm (from +15.0D to +24.5D) 10.50 mm (from +25.0D to +30.0D).
- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus.: - From -10.0 D to 15.0 D: 11.0 mm From 15.5 D to 22.0 D: 10.7 mm From 22.5 D to 30.0 D: 10.5 mm
 - 2.S-a solicitat Constanta A : 118,5, s-a oferit Constanta A 118,851.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- 1.Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus: 11,0 mm de la 0.0 D pînă +15.0 D 10,7 mm de la +15.5 D pînă la +22.0 D 10,5 mm de la +22.5 D pînă la +30.0 D.
 - 2.S-a solicitat D=6mm, această cerința se regăsește în ofertă nu la toată gama dioptrică: 6,0 mm de la +15.5 D de la +22,0 D 6,2 mm de la 0.0 D pînă la +15.0D.
- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0 D în sus: 11,0 mm de la 0.0 D până la +15.0 D 10,7 mm de la +15.5 D până la +22.0 D 10,5 mm de la +22.5 D până la +30.0 D.
2. S-a solicitat D=6mm, această cerință se regăsește în ofertă nu la toată gama dioptrică: 6,0 mm de la +15.5 D până la +22.0 D 6,2 mm de la 0.0 D până la +15.0D.

Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. Lungimea solicitată H=12.5 mm, se oferta doar 13.0 mm.
 2. S-a solicitat Constanta A 118.2 s-a oferit constanta A 118.9.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru picioaruse preincarcat in injector

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrica de la 22.0D în sus (From -10.0 D to 15.0 D: 11.0 mm From 15.5 D to 22.0 D: 10.7 mm From 22.5 D to 30.0 D: 10.5 mm.)
- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. Lungimea solicitată (haptica) 10.5, se oferă 11.0 mm.
11 m (9.5D and above); 11.5mm for lower D)
 2. S-a solicitat incizia de 2,2 mm, s-a oferit incizia de 1,8 mm;

Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4-118.5, s-a oferit 118.2.
- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrica +6.0 până la +30.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.
- Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
- Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrica +6.0 până la +30.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.

Lotul 12 Cristalin artificial dur camera posterioară

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4, s-a oferit 118.2.

- Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrică +6.0 până la +32.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu au fost regăsite gama dioptrică și constanta A, nu s-au prezentat clarificări.

Lotul 13 Cristalin artificial foldabil

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la -5.0 pina la +30.0, s-a solicitat de la +1.0 pina la +40.0.

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

- Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la+8.0 până la +30.0, s-a solicitat de la +1.0 până la +40.0.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A s-a solicitat 118.2, s-a oferit 118.5.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 15 Cristalin artificial dur c/a

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: Nu a fost prezentată mostra pentru acest lot.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Lungimea solicitată (haptica) 12.5, s-a oferit 13.0.

Lotul 16 Cristalin artificial multifocal

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat aderații 1,5 D și 3D, s-a oferit aderații 2,25 D și 3 D. Inelele difractive nu corespund numarului cerut.

Lotul 25 Capsuloretractor

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia produsului este indicat de unică folosință.

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia produsului oferit ca mostră este indicat de unică folosință.

Lotul 26 Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular

- Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a oferit cu 2 pungi de colectare a fluidelor , dar s-a solicitat o pungă, ceea ce creează disconfort în timpul operației. Totodată la evaluare mostrei, aceasta nu s-a înleiat bine de pleoape. Nu este comod.

Lotul 28 Cutii oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm

- Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra prezentată nu este sterilă. Nu se cunoaște dacă este nouă și nu a putut fi evaluată. Astfel, nu a fost îndeplinită cerința expusă în anunțul de participare, mostra se va prezenta petru testare clinică.

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra, nu corespunde cerințelor chirurgicale. Nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 29 Cuitit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm**
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, nu are marker la 2 mm.
 - Oferta operatorului economic **Immunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat cu lățimea lamei de 2,6 mm, s-a oferit 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.
 - Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat cu lățimea lamei 2,6 mm, s-a oferit 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.
- Lotul 30 Cuitit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)**
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu taie bine, este prea scurtă zona de lucru.
- Lotul 31 Cuitit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm**
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 32 Cuitit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm**
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde cerințelor chirurgicale. Nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 34 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat**
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide curbura ac s-a oferit 7/16, (s-a solicitat ¼), s-a oferit diametru acului 4,2 (s-a solicitat D=0,23), s-a oferit lungimea 15 (s-a solicitat 13,34).
- Lotul 36 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica**
 - Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic **Immunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,0 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,19 mm, nu este specificată grosimea aței.
 - Oferta operatorului economic **Medec Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
 - Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,0 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
- Lotul 37 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica**
 - Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,55 mm, diametrul acului s-a oferit 0,15mm, s-a solicitat 0,2 mm.

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.

– Oferta operatorului economic **Medec Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 0,2mm x 30cm, s-a oferit 0,3 x30cm; Lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.

Lotul 39 Fir sutură nalion 10/0, 12'

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat L=6.19 mm, s-a oferit 6,2 mm.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime 0.2mmx30cm, s-a oferit 20cm, s-a solicitat lungime acului 6.19 mm, s-a oferit 15,0 mm, s-a solicitat diametrul acului 0,15mm, s-a oferit 0,24 mm, s-a solicitat acul 3/8, s-a oferit 1/4.

Lotul 40 Hialuronat de sodiu 1%

– Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde, instrucțiunile pe cutie sunt contradictorii, nu coincide mg de substanță activă (10mg versus 24 mg). Nu coincide instrucțiunile pe ambalaj și pe produs: conținutul de sodiu hialuronat 24 mg versus 10 mg, termenul de valabilitate. Astfel, mostra oferită nu a putut fi testată clinic după cum s-a solicitat în anunțul de participare în Declarație de prezentare a mostrelor.

– Oferta operatorului economic **BioAnalitica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Este utilizat actualmente. Nu corespunde cerințelor chirurgiei. Este prea lichid, nu vascos, nu ține bine camera anterioară, se scurge aproape ca apa.

Lotul 42 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 14mm, s-a oferit 13mm.

Lotul 46 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: S-a oferit 1 ac (s-a solicitat 2 ace), lungimea acului s-a oferit 6,4 mm (s-a solicitat 6,55 mm).

Lotul 47 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide lungimea acului s-a oferit 8,5 mm (s-a solicitat 7,92 mm).

Lotul 48 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide lungimea acului s-a oferit 8 mm (s-a solicitat 7,92 mm).

Lotul 49 Trepane pentru transplant de cornee jetabile

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, s-a oferit dimensiuni 6,0-8,0.

Lotul 50 Trepane pentru transplant de cornee jetabile

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, s-a oferit dimensiuni 7,0-9,0.

Lotul 59 Pense endooculare ILA

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.

- Oferta operatorului economic **BioAnalitica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.

Lotul 60 Foarfece endooculare Curved

- Oferta operatorului economic **BioAnalitica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.

Lotul 61 Foarfece endooculare cu tăiere vertical

- Oferta operatorului economic **BioAnalitica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra, la foarfece este mobilă partea(branșa) distală care se poziționează sub membrana care urmeaza sa fie tăiată, risc de rupele iatrogenă a tesutului adiacent prin tracțiune.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a oferit 23G, s-a solicitat 25G.

Lotul 62 Vopsea pentru capsula anterioara

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu chloride 8,2 mg au fost solicitate clarificări.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu chloride 8,2 mg, au fost solicitate clarificări.

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției; calculată conform prezentei legi; loturile se anulează după cum urmează:

Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc

Lotul 4 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus

Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.

Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic

Lotul 8 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus

Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector

Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector

Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA

Lotul 12 Cristalin artificial dur camera posterioară.
Lotul 13 Cristalin artificial foldabil
Lotul 15 Cristalin artificial dur c/a
Lotul 20 Canula getabila 23G
Lotul 25 Capsuloretractor
Lotul 28 Cutit ofalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm
Lotul 29 Cutit ofalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm
Lotul 36 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia ofalmica
Lotul 39 Fir sutură nailon 10/0, 12'
Lotul 42 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm
Lotul 48 Sutura chir. ofalm. Poliester 6/0
Lotul 49 Trepane pentru transplant de cornee jetabile
Lotul 50 Trepane pentru transplant de cornee jetabile
Lotul 61 Foarfece endoculare cu tăiere vertical
Lotul 62 Vopsea pentru capsula anterioara
În temeiul art. 71 alin. (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

Lotul 20 Canula getabila 23G Specialiști propun să se completeze specificația tehnică, ținând cont ca nu sunt date solicitate pentru partea distală.

Nu a fost depusă nici o ofertă pentru loturile:

Lotul 38 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular
Lotul 56 Benzi de silicon

Pentru loturile anulate și pentru loturile care nu a fost depusă nici o ofertă se va iniția și desfășura o nouă procedură de achiziție publică.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

*Așfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **10.03.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.*

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG

Ex. Irina Arvinte.

Tel. 022 222 364

