

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672409823998 / 21070882 din: 30.12.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei (repetat)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Ultrasonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă	P25Elite	China	SonoScape Medical Bldg,	Ultrasonograf Cardiac, Vascular, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE Cardiac, Vascular Consolă cu mișcări independente Sus/Jos Dreapta/Stînga PROBE PORTURI Active ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz Elemente fizice ≥ 192 Phased/Vector Single Cristal 2 - 5 MHz Elemente fizice ≥ 92 Multifrequency pentru ambele sonde Frecvență maximă a sistemului ≥ 24 MHz NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 8 000 000 GAMA DINAMICA ≥ 260 dB Adîncimea de scanare ≥ 40 cm POSTPROCESARE Mape culore Inversare spectru Unghi de scanare Baseline Multifrecvențe ≥ 7 MODURI de Scanare 2-D mod da 3-D mode da B-Flow da M-mod da Color M -mod da Anatomical M-Mod da Mod Panoramic da Mod Trapezoidal da Compunere spațială ≥ 7 trepte Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi Da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI, CFM, Tisular Directional-PDI da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Duplex da Triplex da Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare 2D/PW Da 2D/Color Doppler Da 2D/M mode Da 2D/PW/ Color Doppler sau PDI Da Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modulile Doppler, Doppler Basline Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Auto IMT da Auto EF da Rapoarte Auto generare PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Butare rapidă ≥ 120 GB SSD	Ultrasonograf Cardiac, Vascular, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE Cardiac, Vascular Consolă cu mișcări independente Sus/Jos Dreapta/Stînga PROBE PORTURI Active ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear 3 - 17 MHz Elemente fizice ≥ 256 Da, sonda fazată 7 PA, 2-9 MHz Elemente fizice ≥ 96 Multifrequency pentru ambele sonde Frecvență maximă a sistemului ≥ 24 MHz NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 8 000 000 GAMA DINAMICA ≥ 260 dB Adîncimea de scanare ≥ 40 cm POSTPROCESARE Mape culore Inversare spectru Unghi de scanare Baseline Multifrecvențe ≥ 7 MODURI de Scanare 2-D mod da 3-D mode da B-Flow da M-mod da Color M -mod da Anatomical M-Mod da Mod Panoramic da Mod Trapezoidal da Compunere spațială ≥ 7 trepte Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 20 trepte Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi Da Harmonic imaging da THI/PHI DOPPLER Tip CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI, CFM, Tisular Directional-DPDI da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Duplex da Triplex da Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare 2D/PW Da 2D/Color Doppler Da 2D/M mode Da 2D/PW/ Color Doppler sau PDI Da Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modulile Doppler, Doppler Basline Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Auto IMT da Auto EF da Rapoarte Auto generare PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Butare rapidă ≥ 250 GB SSD	CE/ISO

					Cine da USB da DICOM 3.0 COMPLIANT da Posibilitatea efectuării Up Grade da MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12" PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Stress Echo da MONITOR marime ≥ 21" Rezoluție ≥1920x1080 Periferice Port pentru conectarea ECG Da Încălzitor de gel Da Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului Da Sursă alternativă de curent (UPS sau acumulator intern) min. 15	Cine da USB da DICOM 3.0 COMPLIANT da Posibilitatea efectuării Up Grade da MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 13,3" PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Stress Echo da MONITOR marime ≥ 21,5" Rezoluție ≥1920x1080 Periferice Port pentru conectarea ECG Da Încălzitor de gel Da Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului Black/White printer SONY UP-D898MD Sursă alternativă de curent (UPS sau acumulator intern) min. 40	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301