

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706526420839 din 12/02/2024						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului radiologic (repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Dispozitiv radiografic mobil XFM, Italray	XFM	Italia	ITALRAY	Mentenanța, calibrare, testare Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui; Toate intervențiile vor fi înregistrate în „ jurnalul de gardă ” și „ fișa de deservire ” și în documtele ulterioare specifice lucrării; Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului; Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului; Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesorii atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)	Da, Mentenanța, calibrare, testare Documente obligatorii Da, Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Da, Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Cerințe generale Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui; Toate intervențiile vor fi înregistrate în „ jurnalul de gardă ” și „ fișa de deservire ” și în documtele ulterioare specifice lucrării; Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului; Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului; Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesorii atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)	CE, ISO Certif de training
TOTAL						

Semnăt: Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

