



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator

Nr. Probel: _____



51000401

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumire probă: Măști de protecție în 5 straturi KN 95

Beneficiar: DMLINK S.R.L.
Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str.
Data și ora prelevării: 29.07.2022
Livrat în CIL: 29.07.2022 13:39:46
Data/ora verificat: 02.08.2022 14:44:54

Producătorul: ZHEJIANG ZHANHONG MEDICAL EQUIPMENT CO.

D.N. la producție:
D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor:
HG nr. 1289 din 02.12.2016

Încercări chimice

Parametrii cercetați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivelul maxim admisibil	DN a metodelor de investigare
Plumb	<0,0	mg/L		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Aldehida formică	<1,5	mg/kg		15,0	RM nr.01.024-07

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecție aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1289/2016

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la mostra analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.
 4. Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate.
 5. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării și eșantionării probei se atribuie persoanei responsabile de prelevare/solicitantului.

Notă:

N.P.P. Persoana responsabilă de decizie de conformitate:

Iulia Bobeica; Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici
Ancamers ANSP 022 574501, Chișinău unic 022 574525
Informația despre servicii de laborator este disponibilă pe pag web.
ANSP

Autorizat - Șef Direcție diagnostic
de Laborator

Burdurcușu

