

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1622621269697 din 26 iunie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical pentru activitatea științifică

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	33100000-1	Centrifugă cu răcire	D1524R	China	DragonLab	Conform caietului de sarcini	Centrifugă cu răcire (14000RPM) pentru eprubete 1,5-2,0 ml Dimensiuni maxime: 332× 553× 283 mm Specificații obligatorii: -Rotor pentru 24 de eprubete de 1.5 / 2.0 ml -Viteza maximală de 15000RPM - Diapazonul de temperaturii de centrifugare de la -20 până la +40 °C. Utilizarea: Centrifugarea la viteze mari (15000RPM) a probelor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN. Pentru izolarea ARN este necesar centrifugarea la tem mici. Garanție: 2 ani	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau