

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699973763158 din 24 nov 2023, 11:30 - 15 dec 2023, 11:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	1	APARAT DE CLASA 'EXPERT' PENTRU INVESTIGAȚII VASCULARE PERIFERICE SI MUSCULO/SKELETALE	Arietta 750 VE	Japonia	Fujifilm	DESCRIERE GENERALĂ Ecograf multidisciplinar de clasa expert, staționar, de înaltă performanță conceput pentru examinări vasculare periferice inclusiv: artere și vene intra-abdominal, membre superioare și inferioare, transcranian. De asemenea pentru investigații musculo/skeletale (msk) și părți superficiale Hardware și software optimizate pentru productivitate și eficiență în îndeplinirea investigațiilor vasculare și msk, aparatul, sondele, softul vor avea parametri superiori în ergonomia procesului de lucru, în diminuarea artefactelor și asigurarea calității impecabile a imaginii, procesarea și afișarea rapidă a informației în toate modulele de operare Ecograful de clasa expert va dispune de certificatele internaționale de conformitate și securitate. CARACTERISTICI DE ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ DE UTILIZARE ☐ Caracteristici constructive ☐ Ecograful trebuie să fie de dimensiuni optime pentru a ușura manipularea lui. ☐ Ecograful trebuie să fie pe roți care să permită mișcarea dispozitivului în toate direcțiile și posibilitate de blocare. ☐ Aparatul trebuie să aibă suficiente porturi (minim 4 porturi active și minim 2 porturi inactive) pentru conectarea concomitentă a tuturor sondelor și dispozitivelor periferice solicitate. ☐ Troliul aparatului trebuie să conțină locuri pentru atașarea perifericelor (imprimantă, DVD, boxe, etc) ☐ Ofertantul va indica consumul maxim al ecografului (puterea maximă în W [watt]). ☐ Prezența încălzitorului de gel; ☐ Anul producerii dispozitivului medical va fi minim 2023. ☐ Securitatea electrică ☐ Lucrul de la rețea de curent alternativ 50Hz, 220V. ☐ Descrierea consolei ☐ Consola de lucru trebuie să poată fi poziționată comod pentru operator, incluzând reglări de poziție pe verticală și orizontală cu posibilitatea de blocare. ☐ Monitorul trebuie să aibă posibilitatea de ajustare a poziției verticale, orizontale și gradul de inclinare în plan vertical și rotire în plan orizontal. Ofertantul va indica parametrii. ☐ Monitor medical de rezoluție înaltă (minim full hd:1920x1080) cu diagonala minim 21 inch, se va indica rezoluția. ☐ Frecvența înaltă de înprospătare a imaginii pe monitor, se va indica frecvența. ☐ Tastatura cu caractere latine. ☐ Iluminarea reglabilă a tastaturii și a trackbolului. ☐ Ecran tactil color de comandă de tip TouchScreen cu dimensiuni de minim 10", se vor indica parametrii. ☐ Profile/Protocoale de ajustare a parametrilor de lucru create/editate de utilizator cu posibilitate de accesare prin ecranul de comandă și butoane cu funcții configurabile de pe consola.	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM0003 44387

					☐ Construcția aparatului trebuie să permită asigurarea lucrului într-un diapazon de temperaturi +18..+30 grade C. ☐ Filtre de particule de multipla folosință pentru protejarea părților electronice interne, filtrele trebuie să poată fi deservite de personalul medical fără asistența tehnică specializată. ☐ Posibilitate de conectare dispozitive externe (imprimantă, monitor extern, dispozitive de stocare, etc) cu conexiuni minime 5 USB, HDMI, RJ45 ș.a. se vor indica toate conexiunile posibile. ☐ Memorie internă pentru sistemul de operare și date nu mai puțin de 1T ☐ Memorie pentru fragmente ‚CINE LOOP’ pentru cel puțin 60-70 sec. la frame rate maximal ☐ Vizualizare ferestre pentru comparația parametrilor din diferite segmente, (părți simetrice): dual view R/L ☐ Posibilitate de inversare a imaginii în plan orizontal și vertical (Horizontal flip, Vertical flip) ☐ Caracteristicile sistemului de procesare ☐ Formator de unde analog/digital de minim 12bit ☐ Frecvența minimă - maxim 1 Mhz ☐ Frecvența maximă – minim 18 Mhz ☐ Minim 4,5 mln canale de procesare ☐ Gama dinamică: minim 300 dB ☐ Adâncimea de scanare maximă – cel puțin 40cm ☐ Frame rate cel puțin 850fps ☐ preseturi pentru investigații vasculare, cardiac, msk, parti moi, abdomenale, ob/gin, uro, etc, etc ☐ posibilitate de editare preseturi, creare preseturi proprii ☐ preseturile trebuie să includă setări ale utilajului (sonda, frecvențe, mod de lucru, adâncime, direcție, etc, etc) cit și setări ale softului (măsurări, calcule afișarea modelului, moduri de diminuare a artefactelor, etc, etc) ☐ măsurări și calcule specifice tuturor obiectivelor de investigație: abd, ob/gin, vasc, small pts, cardiac ☐ măsurările efectuate și imaginile vor fi utilizate pentru generarea de rapoarte specifice obiectivelor investigate MODURI DE LUCRU ALE APARATULUI ☐ Mod M ☐ Posibilitate de alegere a liniei de scanare. ☐ Alegere a vitezei de desfășurare. ☐ Ajustarea magnificării ☐ Alegerea paletelor culorii de către utilizator. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (B, spectral, Doppler, Color Doppler, Doppler energetic/power, etc), cel puțin 3 moduri concomitent ☐ măsurare și calcul manual și automat al parametrilor spațiali și temporali, viteză, accelerație ☐ calcul automat al FCC (frecvenței contracțiilor cardiace) ☐ Mod B (2D) ☐ Posibilitate de alegere paletelor culorii pentru construirea imaginii bidimensionale ☐ Ajustarea parametrilor de preprocesare și postprocesare. ☐ Gain, brightness, contrast, frecvențe ☐ Reglare focus: număr focusuri, poziție focus ☐ Magnificare, adâncime (zoom, depth) reglabile ☐ Ajustare, optimizare automată a imaginii ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (M, spectral Doppler, Color Doppler, Doppler energetic/poser) cel puțin 3 moduri concomitent ☐ Comutare rapidă prin apăsarea 1 taste între modurile de lucru ☐ Posibilitate de a reconstrui virtual zone largi ale corpului investigate prin conectarea mai multor imagini (panoramic, trapezoidal etc.). ☐ Calcul al parametrilor : distanță, arie, volum, unghi, stenoza după diametru, după arie, ☐ multiple calipere pentru multiple măsurări pe același ecran ☐ determinarea și calcul automat al grosimii complexului intima/media (IMT) ☐ Mod Doppler Pulsativ (Spectral) ☐ Selectarea dimensiunii ale eșantionului de probă. ☐ Ajustare liniei de scanare. ☐ Ajustare unghi pentru calculul parametrilor spectrali. ☐ Ajustare automată a unghiului ☐ Afișarea concomitentă a imaginii bidimensionale și a spectrului cu posibilitate de alegere a scărilor de amplitudă și viteza de desfășurare. ☐ Creare de profiluri personalizate pentru afișarea parametrilor spectrali în timpul investigației.		
--	--	--	--	--	---	--	--

					☐ Ajustare volum boxe la redarea semnalului Doppler. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (M, B, Color Doppler, Doppler energetic/power, etc) cel puțin 3 moduri concomitent ☐ Posibilitate de vizualizare simultana a spectrului din 2 eșantioane pe linia de scanare ☐ determinarea gradului de stenoza bazat pe gradientul de viteze pre, intra, poststenotic, prin vizualizarea simultana a spectrului din 2 eșantioane ☐ măsurări și calcule ale parametrilor spectrali și temporali, FCC ☐ calcule automate în mod „real time” ☐ Mod Doppler Color ☐ Ajustarea poziției, înclinării și dimensiunilor zonei de interes. ☐ Selectare/creare de către utilizator a schemelor de culori. ☐ Ajustare online a parametrilor de vizualizare - amplitudine, amplificare, scara, direcție, schema de culori, frecvențe doppler. ☐ De indicat frecvențele de referință minime ale modului Doppler color pentru toate sondele. Frecvențele minime cele mai joase vor constitui un avantaj. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru, minim 3 moduri ☐ Mod Power Doppler (energetic) ☐ Aceleași cerințe ca și pentru Doppler color. ☐ Doppler energetic direcționat. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru, cel puțin 3 ☐ Posibilitate de upgrade ulterior prin adăugarea de funcții ☐ Elastografie în timp real ☐ Shear wave mode ☐ Strain hystogram ☐ Alte metode de vizualizare a fluxurilor sanguine lente și alte moduri de vizualizare a țesuturilor, a plăcilor aterosclerotice, a maselor trombotice ce ar permite îmbunătățirea diagnosticului. ☐ Regim de trasare automata a țesuturilor ☐ Real time 3D (cu sonde corespunzătoare) Ofertantul va descrie posibilitățile utilajului SONDE ☐ Sondele trebuie să permită ajustarea adâncimii, focalizării, frecvenței de scanare, frecvențelor Doppler; dimensiuni, înclinare zona de interes, pentru întregul spectru de investigații. Se vor descrie tehnologiile și posibilitățile ☐ Tehnologii de îmbunătățire a imaginii : monocristal, armonice, etc vor fi indicate ☐ Adâncimea de scanare în limitele 0 – 40 cm ☐ Sonda liniară pentru investigații vasculare superficiale ☐ Diapazon de frecvențe Frecvența minimă nu mai mult de 5 MHz Frecvența maximă nu mai puțin de 18 MHz ☐ Câmpul de vedere (field-of-view) minim 35 mm, maxim 50 mm ☐ Sonda liniară pentru investigații vasculare generale ☐ Diapazon de frecvențe Frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz Frecvența maximă nu mai puțin de 12 MHz ☐ Câmpul de vedere (field-of-view) minim 35 mm, maxim 50 mm ☐ Sonda convexă pentru investigații vasculare abdominale ☐ Diapazon de frecvențe: Frecvența minimă nu mai mult de 1 MHz Frecvența maximă nu mai puțin 6 MHz ☐ Sonda sectorială pentru investigații vasculare transcraniale ☐ Diapazon de frecvențe: Frecvența minimă nu mai mult de 1 MHz Frecvența maximă nu mai puțin 5 MHz GESTIONARE DATE ☐ Baza de date pacienți și investigații cu posibilitate de filtrare ☐ Păstrarea datelor investigații în format brut pentru asigurarea postprocesării offline. ☐ Export date către stația de procesare și medii de stocare prin LAN, USB, CD/DVD ☐ Export în diferite formate: DICOM, JPEG MPEG, AVI ș.a.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					☐ Export imagini statice, export fragmente video, export rapoarte, datele măsurărilor și a calculelor ☐ Conectivitate de stocare și trimitere minim DICOM 3.0 ☐ Posibilitatea de a conecta unitatea la orice calculator PC ☐ Unitate de înregistrare DVD-R/RW și CD-R/RW integrat Dacă exportul datelor presupune soft specializat pe stația de postprocesare (de ex. DICOM server, DICOM viewer, etc) a se livra softul necesar cu licența de instalare pe cel puțin 2 stații de postprocesare. ALIMENTARE ELECTRICĂ ☐ Sursă electrică monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz ☐ Tip de fișă în conformitate cu standardele și reglementările locale/naționale cerute ☐ Dispozitiv extern pentru a proteja echipamentul împotriva supratensiunii și supracurentului de linie ☐ Baterie internă sau UPS – timp de lucru 30 de minute sau mai mult ACCESORII ☐ Husă / Capac pentru sonde (unul pentru fiecare sondă) ☐ Înveliș / Capac de protecție a panoului de control ☐ Husă/ Capac pentru întreg dispozitivul STATIE DE LUCRU CONFIGURAȚIE HARDWARE: Brand: minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand) Platform: Micro Desktop PC CPU: Minim 2.2 GHz (base frequency), Minim 12MB cache, Minim 4x cores / 8x threads, Minim Generation 2022 RAM: Minim 8GB, Minim 2x Slots SSD: Minim 250 GB M2 NVMe Graphic card: Integrated Sound card: Integrated Networking: Integrated network card with support for 10/100/1000Mbps Ports: Minim 2 monitor ports, Minim 6x USB, Minim 1 RJ45 Ethernet port, Minim 1 Universal audio jack CONFIGURAȚIE SOFTWARE: Operating System: MicroSoft Windows 10 or 11 Professional 64-bit OEM CONFIGURAȚIE ACCESORII: Display: Same brand as workstation, Screen size: minim 23", Resolution: minim 1980x1080 (Full HD), Response time: maxim 5ms, Brightness, minim 250 cad/m2, Matrix: IPS, Ports: Minim 1x HDMI, 1x DP, 1x D-Sub, USB, HAS, Pivot Keyboard: USB, EN/RU Mouse: USB INSTALARE ☐ Furnizorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv software și conexiunile ☐ Instruirea minim 2 persoane. ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Funcționarea de bază a sistemului ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Operarea avansată a sistemului ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Rutina de întreținere ☐ Sarcini de întreținere preventivă, inclus în garanție de două ori pe an		
--	--	--	--	--	--	--	--

331 000 00- 1	2	APARAT DE CLASA 'EXPERT' PENTRU ECOGRAFIA GENERALA	Arietta 750 VE	Japonia	Fujifilm	DESCRIERE GENERALĂ Ecograf multidisciplinar de clasa expert, staționar, de înaltă performanță conceput pentru examinări organelor cavității abdominale, pelviană și organele superficiale (gl. tiroidă, gl. mamare, scrot) Hardware și software optimizate pentru productivitate și eficiență în îndeplinirea investigațiilor vasculare și msk, aparatul, sondele, softul vor avea parametri superiori în ergonomia procesului de lucru, în diminuarea artefactelor și asigurarea calității impecabile a imaginii, procesarea și afișarea rapidă a informației în toate modulele de operare Ecograful de clasa expert va dispune de certificatele internaționale de conformitate și securitate. CARACTERISTICI DE ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ DE UTILIZARE ☐ Caracteristici constructive ☐ Ecograful trebuie să fie de dimensiuni optime pentru a ușura manipularea lui. ☐ Ecograful trebuie să fie pe roți care să permită mișcarea dispozitivului în toate direcțiile și posibilitate de blocare. ☐ Aparatul trebuie să aibă suficiente porturi (minim 4 porturi active și minim 2 porturi inactive) pentru conectarea concomitentă a tuturor sondelor și dispozitivelor periferice solicitate. ☐ Trolul aparatului trebuie să conțină locuri pentru atașarea perifericelor (imprimanta, DVD, boxe, etc) ☐ Ofertantul va indica consumul maxim al ecografului (puterea maximă în W [watt]). ☐ Prezența încălzitorului de gel; ☐ Anul producerii dispozitivului medical va fi minim 2023. ☐ Securitatea electrică ☐ Lucrul de la rețea de curent alternativ 50Hz, 220V. ☐ Descrierea consolei ☐ Consola de lucru trebuie să poată fi poziționată comod pentru operator, incluzând reglări de poziție pe verticală și orizontală cu posibilitatea de blocare. ☐ Monitorul trebuie să aibă posibilitatea de ajustare a poziției verticale, orizontale și gradul de inclinare în plan vertical și rotire în plan orizontal. Ofertantul va indica parametrii. ☐ Monitor medical de rezoluție înaltă (minim full hd:1920x1080) cu diagonala minim 21 inch, se va indica rezoluția. ☐ Frecvența înaltă de înprospătare a imaginii pe monitor, se va indica frecvența. ☐ Tastatura cu caractere latine. ☐ Iluminarea reglabilă a tastaturii și a trackbolului. ☐ Ecran tactil color de comandă de tip TouchScreen cu dimensiuni de minim 10", se vor indica parametrii. ☐ Profile/Protoale de ajustare a parametrilor de lucru create/editate de utilizator cu posibilitate de accesare prin ecranul de comandă și butoane cu funcții configurabile de pe consola. ☐ Construcția aparatului trebuie să permită asigurarea lucrului într-un diapazon de temperaturi +18..+30 grade C. ☐ Filtre de particule de multiplă folosință pentru protejarea părților electronice interne, filtrele trebuie să poată fi deservite de personalul medical fără asistența tehnică specializată. ☐ Posibilitate de conectare dispozitive externe (imprimantă, monitor extern, dispozitive de stocare, etc) cu conexiuni minime 5 USB, HDMI, RJ45 ș.a. se vor indica toate conexiunile posibile. ☐ Memorie internă pentru sistemul de operare și date nu mai puțin de 1T ☐ Memorie pentru fragmente 'CINE LOOP' pentru cel puțin 60-70 sec. la frame rate maximal ☐ Vizualizare ferestre pentru comparația parametrilor din diferite segmente, (părți simetrice): dual view R/L ☐ Posibilitate de inversare a imaginii în plan orizontal și vertical (Horizontal flip, Vertical flip) ☐ imprimanta termală color ☐ Caracteristicile sistemului de procesare ☐ Formator de unde analog/digital de minim 12bit ☐ Frecvență minimă - maxim 1 Mhz ☐ Frecvență maximă – minim 18 Mhz ☐ Minim 4,5 mln canale de procesare ☐ Gama dinamică: minim 300 dB ☐ Adâncimea de scanare maximă – cel puțin 40cm ☐ Frame rate cel puțin 850fps ☐ presetări pentru investigații vasculare, cardiac, msk, parti moi, abdominale, ob/gin, uro, etc, etc ☐ posibilitate de editare presetării, creare presetării proprii	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM0003 44387
------------------------	---	---	-------------------	---------	----------	--	---	-----------------

					☐ preseturile trebuie sa includă setări ale utilajului (sonda, frecvente, mod de lucru, adâncime, direcție, etc, etc) cit si setări ale softului (măsurări, calcule afișarea modelului, moduri de diminuare a artefactelor, etc, etc) ☐ masurari si calcule specifice tuturor obiectivelor de investigare: abd, ob/gin, vasc, small pts, cardiac ☐ măsurările efectuate si imaginile vor fi utilizate pentru generarea de rapoarte specifice obiectivelor investigate MODURI DE LUCRU ALE APARATULUI ☐ Mod M ☐ Posibilitate de alegere a liniei de scanare. ☐ Alegere a vitezei de desfășurare. ☐ Ajustarea magnificarii ☐ Alegerea paletelor culori de către utilizator. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (B, spectral, Doppler, Color Doppler, Doppler energetic/power, etc), cel puțin 3 moduri concomitent ☐ măsurare si calcul manual si automat al parametrilor spatiali si temporali, viteza, accelerație ☐ calcul automat al FCC (frecvenței contracțiilor cardiace) ☐ Mod B (2D) ☐ Posibilitate de alegere paletelor culori pentru construirea imaginii bidimensionale ☐ Ajustarea parametrilor de preprocesare și postprocesare. ☐ Gain, brightnes, contrast, frecvențe ☐ Reglare focus: număr focusuri, poziție focus ☐ Magnificare, adâncime (zoom, depth) reglabile ☐ Ajustare, optimizare automata a imaginii ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (M, spectral Doppler, Color Doppler, Doppler energetic/poser) cel puțin 3 moduri concomitent ☐ Comutare rapida prin apăsarea 1 taste între modurile de lucru ☐ Posibilitate de a reconstrui virtual zone largi ale corpului investigate prin conectarea mai multor imagini (panoramic, trapezoidal etc.). ☐ Calcul al parametrilor : distanta, arie, volum, unghi, stenoza după diametru, după arie, ☐ multiple calipere pentru multiple măsurări pe același ecran ☐ determinarea si calcul automat al grosimii complexului intima/media (IMT) ☐ Mod Doppler Pulsativ (Spectral) ☐ Selectarea dimensiunii ale eșantionului de proba. ☐ Ajustare liniei de scanare. ☐ Ajustare unghi pentru calculul parametrilor spectrali. ☐ Ajustare automata a unghiului ☐ Afișarea concomitentă a imaginii bidimensionale și a spectrului cu posibilitate de alegere a scării de amplitudă și viteza de desfășurare. ☐ Creare de profiluri personalizate pentru afișarea parametrilor spectrali în timpul investigării. ☐ Ajustare volum boxe la redarea semnalului Doppler. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru (M, B, Color Doppler, Doppler energetic/power, etc) cel puțin 3 moduri concomitent ☐ măsurări si calcule ale parametrilor spectrali si temporali, FCC ☐ calcule automate in mod „real time” ☐ Mod Doppler Color ☐ Ajustarea poziției, înclinării și dimensiunilor zonei de interes. ☐ Selectare/creare de către utilizator a schemelor de culori. ☐ Ajustare online a parametrilor de vizualizare - amplitudă, amplificare, scara, direcție, schema de culori, frecvențe doppler. ☐ De indicat frecvențele de referință minime ale modului Doppler color pentru toate sondele. Frecvențele minime cele mai joase vor constitui un avantaj. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru, minim 3 moduri ☐ Mod Power Doppler (energetic) ☐ Aceleași cerințe ca și pentru Doppler color. ☐ Doppler energetic direcționat. ☐ Afișare concomitent cu alte moduri de lucru, cel puțin 3 ☐ Elastografie ☐ Elastografie in timp real ☐ Shear wave mode ☐ Strain hystogram		
--	--	--	--	--	--	--	--

					1. Alte opțiuni ☐ 3D Real time (cu sonde corespunzatoare) SONDE ☐ Sondele trebuie să permită ajustarea adâncimii, focalizării, frecvenței de scanare, frecvențelor Doppler; dimensiuni, înclinare zona de interes, pentru întregul spectru de investigații. Se vor descrie tehnologiile și posibilitățile ☐ Tehnologii de îmbunătățire a imaginii : monocristal, armonice, etc vor fi indicate ☐ Adâncimea de scanare în limitele 0 – 40 cm ☐ Sonda liniară pentru investigații organelor superficiale ☐ Diapazon de frecvențe Frecvența minimă nu mai mult de 5 MHz Frecvența maximă nu mai puțin de 18 MHz ☐ Câmpul de vedere (field-of-view) minim 35 mm, maxim 50 mm ☐ Sonda convexă pentru investigații abdominale generale ☐ Diapazon de frecvențe: Frecvența minimă nu mai mult de 1 MHz Frecvența maximă nu mai puțin 6 MHz ☐ Sonda convexă endocavitar ☐ Diapazon de frecvențe: Frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz Frecvența maximă nu mai puțin 10 MHz GESTIONARE DATE ☐ Baza de date pacienți și investigații cu posibilitate de filtrare ☐ Păstrarea datelor investigații în format brut pentru asigurarea postprocesării offline. ☐ Export date către stația de procesare și medii de stocare prin LAN, USB, CD/DVD ☐ Export în diferite formate: DICOM, JPEG MPEG, AVI ș.a. ☐ Export imagini statice, export fragmente video, export rapoarte, datele măsurărilor și a calculelor ☐ Conectivitate de stocare și trimitere minim DICOM 3.0 ☐ Posibilitatea de a conecta unitatea la orice calculator PC ☐ Unitate de înregistrare DVD-R/RW și CD-R/RW integrat Dacă exportul datelor presupune soft specializat pe stația de postprocesare (de ex. DICOM server, DICOM viewer, etc) a se livra softul necesar cu licența de instalare pe cel puțin 2 stații de postprocesare. ALIMENTARE ELECTRICĂ ☐ Sursă electrică monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz ☐ Tip de fișă în conformitate cu standardele și reglementările locale/naționale cerute ☐ Dispozitiv extern adecvat pentru a proteja echipamentul împotriva supratensiunii și supracurentului de linie ☐ Baterie internă sau UPS – timp de lucru 30 de minute sau mai mult ACCESORII ☐ Husă / Capac pentru sonde (unul pentru fiecare sondă) ☐ Înveliș / Capac de protecție a panoului de control ☐ Husă/ Capac pentru întreg dispozitivul STATIE DE LUCRU CONFIGURAȚIE HARDWARE: Brand: minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand) Platform: Micro Desktop PC CPU: Minim 2.2 GHz (base frequency), Minim 12MB cache, Minim 4x cores / 8x threads, Minim Generation 2022 RAM: Minim 8GB, Minim 2x Slots SSD: Minim 250 GB M2 NVMe Graphic card: Integrated Sound card: Integrated Networking: Integrated network card with support for 10/100/1000Mbps Ports: Minim 2 monitor ports,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Minim 6x USB, Minim 1 RJ45 Ethernet port, Minim 1 Universal audio jack CONFIGURAȚIE SOFTWARE: Operating System: MicroSoft Windows 10 or 11 Professional 64-bit OEM CONFIGURAȚIE ACCESORII: Display: Same brand as workstation, Screen size: minim 23", Resolution: minim 1980x1080 (Full HD), Response time: maxim 5ms, Brightness, minim 250 cad/m2, Matrix: IPS, Ports: Minim 1x HDMI, 1x DP, 1x D-Sub, USB, HAS, Pivot Keyboard: USB, EN/RU Mouse: USB INSTALARE ☐ Furnizorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv software și conexiunile ☐ Instruirea minim 2 persoane. ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Funcționarea de bază a sistemului ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Operarea avansată a sistemului ☐ Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Rutina de întreținere ☐ Sarcini de întreținere preventivă, inclus în garanție de două ori pe an		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**