

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754050675623 / 21462634					Data: „12” August 2025		Alternativa nr.:		
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei							Pagina: __ din __		
Cod	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință		
33100 000-1	1	Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”	Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”	40302NE.HD; 4403100; 4417125; 4413137; 4423200; 4423207; 4423206; 15113P2; 2375068; 46315xxx.	Italia	Endomed	Rezectoscop Uretral – 1 bucată • Optică: 4 mm • Unghi de vedere: 30° • Adâncime câmp vizual: 5–50 mm • Compatibil cu sursa de lumină și camera de luat vederi, compatibil cu Aesculap • Element pasiv de lucru, teacă internă, teacă externă și obturator • Obturator vizual cu grosimea de 4 mm • Electrode de tăiere – 3 bucăți • Electrode de coagulare – 3 bucăți, grosime 3 mm și 5 mm • Pensa cu dinți, grosime 5 mm, lungime minimă 330 mm, compatibilă sau analogică cu unitatea laparoscopică • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale. Ureteroscop semi-rigid – 1 bucată • Lungime: ≥ 310 mm • Diametru: ≤ 4 Charrière (subțire) • Canal de lucru: 4.8 mm • Unghi de vedere: < 12° • Câmp vizual: 85° • Adâncime câmp vizual: 3–30 mm • Teacă de instrument: 8–12 Charrière • Rezoluție (pixeli): 17.000 / 40.000 • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale.	Rezectoscop Uretral – 1 bucată • Optică: 4 mm 40302NE.HD • Unghi de vedere: 30° • Adâncime câmp vizual: 5–50 mm • Compatibil cu sursa de lumină și camera de luat vederi, compatibil cu Aesculap. • Element pasiv de lucru, teacă internă, teacă externă și obturator. 4403100, (4417125=4413126;+ 4413127A;+4417123;) • Obturator vizual cu grosimea de 4 mm. 4413137; • Electrode de tăiere – 3 bucăți 4423200; • Electrode de coagulare – 3 bucăți, grosime 3 mm și 5 mm 4423207; 4423206 • Pensa cu dinți, grosime 5 mm, lungimea 330 mm, compatibilă sau analogică cu unitatea laparoscopică 15113P2; • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale. Cablu monopolar-2375068; Ureteroscop semi-rigid – 1 bucată. 46315xxx • Lungime: ≥ 310 mm • Diametru: ≤ 4 Charrière (subțire) • Canal de lucru: 4.8 mm • Unghi de vedere: < 12° • Câmp vizual: 85° • Adâncime câmp vizual: 3–30 mm • Teacă de instrument: 8–12 Charrière • Rezoluție (pixeli): 17.000 / 40.000 • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale.	DM000700415; DM000698749; DM000700643; DM000700656; DM000697534; DM000700647; DM000697442; DM000697453; DM000697451; DM000698300; DM000698730; DM000700770 .		
Semnat:		Numele, Prenumele:Bunic Gherorghe În calitate de: Director									
Ofertantul:		Ericon SRL Adresa:Durlesti, Vasile Lupu 6									