

1. Назначение

Коробки стерилизационные круглые КСК-3, КСК-6, КСК-9, КСК-12, КСК-18 (далее – коробки) предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 3 суток.

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.5619/1004 от 30.03.2010.

Свидетельство о государственной регистрации МЗ Украины № 6184/2007 от 13.03.2012 г.

Регистрационное удостоверение МЗ Казахстана РК-ИМИН-5-№ 001180 от 04.02.2013 г.

Регистрационное удостоверение МЗ Узбекистана № ТТ 13507 от 04.06.2012.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	КСК-3	КСК-6	КСК-9	КСК-12	КСК-18
Условный объем, дм ³	3	6	9	12	18
Диаметр, мм	169 _{±0,1}	234 _{±0,1}	269 _{±0,1}	319 _{±0,15}	374 _{±0,15}
Масса, кг	0,7 _{±0,1}	1,1 _{±0,1}	1,3 _{±0,1}	1,7 _{±0,15}	2,35 _{±0,15}

3. Комплект поставки

Коробка, шт. 1
Паспорт, шт. 1
Упаковка, шт. 1

4. Подготовка коробок к работе

До начала применения, коробки должны подвергаться химической очистке дезинфекцией и предстерилизационной обработке в соответствии с действующими инструкциями Минздрава.

5. Свидетельство о приемке, упаковке и продаже

Коробка стерилизационная круглая КСК - 9
соответствует требованиям ТУ 92-00243346-04-93 «Коробки стерилизационные круглые КСК» и признана годной к эксплуатации.



Итгамп ОТК

Дата упаковки (изготовления)

05.03.2015

Продана

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(штамп магазина)

(подпись)

Общий срок хранения коробок не ограничен.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи коробок, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

6.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты продажи коробок.

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет коробки, или их составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя, при предъявлении настоящего паспорта.