

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:			ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 / 21396977 din 15.05.2025							
Denumirea procedurii de achiziție:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)					Lot : 10		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33100000-1	10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.19400101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.19500021)	CHINA	DLAB	"Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu "	Centrifugă de laborator (24 tuburi)DM0424 + Rotor A24-15P +Adaptor A15P22 - Catalog- pag.96,97; Cod 150920 Descriere: centrifugarea singelui ,urinei,maselor fecale Parametrul , Specifica: User Manual pag.5 Viteza de rotație: Minimală- 500 rpm Maximală, rpm= 4000 - User manual pag.5 Setarea vitezei - (500-4000 rpm), Pasul schimbării vitezelor -step: 100 rpm - User Manual pag.5 , Capacitatea Tipul tuburilor : 50 ml x4 ; 15 ml x24 ;10 ml×12 - User Manual pag.5 Numărul de tuburi- 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min, HOLD Incrementarea ≤ 1 min Securitatea,Blocarea capacului în timpul lucrului- Da (lacat electronic care se blocheaza odata cu începerea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) Indicatori vizual și acusti- Da Posibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate - Da User manual pag.11,figura 6.1 Debalansare - Da - Centrifuga dispune de 4 picioruse de silikon care se lipeasc de suprafata mesei pe care este amplasata,ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea Aceasta centrifuga are o functie de autodiagnosticare.Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparat - User manual pag 25,label 11-1 Pornire/oprire Da - User Manual pag.19;User Manual figura 7.1 pag Display Electronic Da - User Manual pag..12, 21 Nivelul de zgomot - 62 dB(A) Fereastra necesare pentru efectuarea procedurilor de verificare periodica , conform normelor si standartelor in vigoare - User Manual paj. 11,24		Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE

Nume: Varman Irina În calitate de: Director_

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev, 6

semnat electron